

E.ZP.261.22.2021

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów medycznych.**

Odpowiedzi II

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

dotyczy części 13 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie układu z dodatkową rurą rozciągliwą do 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania układu oddechowego z rurą rozciągliwą do 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z **Modyfikacją z dnia 15.10.2021 r.**

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.