



Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. Dostawa sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie. Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320. tj.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zasilanie mieszadła bezpośrednio z jednostki centralnej titratora?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mieszadło ma być zasilane bezpośrednio z jednostki centralnej.

Pytanie nr 2

Czy w punkcie: 10 Dokładność dozowania: błąd systematyczny 0,15%, błąd losowy 0.07%, zgodnie z normą EN ISO 8655-6 zamawiający ma na myśli normę EN ISO 8655-3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaakceptuje zarówno EN ISO 8655-6 jak i EN ISO 8655-3.

Pytanie nr 3

Dokładność czego zamawiający ma na myśli w punkcie: 4. Dokładność minimum: 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokładność dotyczy błędu pomiaru.



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Paulina Gałązka

Tel. 89 524 52 39

e-mail: paulina.galazka@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl