

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę Videobronhofiberoskopu z osprzętem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.33.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1. Dotyczy załącznik nr 2 - warunków gwarancji, rękojmi i reklamacji – pkt. II.1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi wynosił 24 m-ce.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2: Dotyczy załącznik nr 2 - warunków gwarancji, rękojmi i reklamacji - pkt. I. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym: „Naprawa bądź wymiana zareklamowanego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za zasadną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 3: Dotyczy załącznik nr 2 - warunków gwarancji, rękojmi i reklamacji – pkt. IV.1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Czas naprawy od chwili dostarczenia urządzenia do serwisu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 4: Dotyczy załącznik nr 2 - warunków gwarancji, rękojmi i reklamacji.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 5: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2.** Prosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Cena netto obejmuje m.in.:

- koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy;
- koszty ubezpieczenia dostawy w transporcie i w czasie rozładunku,
- koszty instalacji i uruchomienia przedmiotu Umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.
- koszty serwisu i napraw gwarancyjnych zgodnie z ofertą Wykonawcy”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów

**Pytanie 6: Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 7: Dotyczy załącznika nr 1 – warunki gwarancji – pkt. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 8: Dotyczy załącznika nr 1 – warunki gwarancji – pkt. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas naprawy liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 9: Dotyczy załącznika nr 1 – warunki gwarancji – pkt. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przystąpienie do naprawy do 48h w dni robocze ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 10: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt.**

Pkt.12 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania bez pamięci wewnętrznej procesora z możliwością podłączenia pamięci zewnętrznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 11: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ--PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt. Pkt. 17**

Prosimy o dopuszczenie obrazowania w wąskich pasmach światła cyfrowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 12: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt. Pkt. 18**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnej funkcji - *i-scan* zapewnia wirtualną chromoendoskopię w czasie rzeczywistym w celu uzyskania szczegółowego obrazu wzorców błon śluzowych i naczyń.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 13: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt.**

Pkt. 19 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego jakim jest wybór trzech trybów obrazowania w wąskich pasmach światła „i scan”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 14: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt.**

Pkt. 22 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie formatów rejestracji obrazów medycznych JPEG i BMP.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 15: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt.24 Prosimy zamawiającego o pominięcie tego zapisu ze względu na to że dwukonektorowość nie jest żadną funkcjonalnością a jedynie tylko rodzajem konstrukcji urządzenia. Producent sprzętu który oferujemy nie produkuje aparatów dwukonektorowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami OPZ

**Pytanie 16: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt. 25 Czy zamawiający dopuści inne równoważne rozwiązanie, „Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135” na możliwość podłączenia aparatów znajdujących się w pracowni endoskopii?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 17: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt. 26 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania, możliwość podłączenia aparatów ze złączem elektryczno-optycznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 18: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt. 27 Czy zamawiający dopuści źródło światła ksenonowe tradycyjne? Uzasadnienie; Lepsze współczynnik oddawania barw CRI, ułatwione serwisowanie źródła światła w przyszłości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 19: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt. 28 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ; dwa rodzaje źródła światła- lampa główna Xenon i pomocnicza LED.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 20: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt. 29 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie parametru; Żywotność wbudowanego Oświetlenia głównego 500 godz.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 21: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt. Pkt. 30**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie manualnej regulacji jasności oświetlenia +/- 5 stopni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 22: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt**

Pkt. 31 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie parametru „Wbudowana regulowana pompa powietrza” zakres regulacji mieszczący się w wymaganiach 45-70 kpa.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami OPZ

**Pytanie 23: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-VIDEONOSKOP-1 szt. Pkt. 5** Prosimy o dopuszczenie parametru głębokości ostrości 2-100 +/- 1mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 24: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-VIDEONOSKOP-1 szt. Pkt. 11** Prosimy o dopuszczenie parametru „Długość całkowita max. 870 mm” +/- 5mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem OPZ

**Pytanie 25: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-VIDEONOSKOP-1 szt. Pkt. 14** Prosimy o dopuszczenie Videonoskopu z 4 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem SWZ

Z poważaniem