

Gorzów Wlkp. 13.08.2024 r.

Dostawa i wymiana głowic pomiarowych wraz z wykonaniem przeglądu i kalibracji stacjonarnego analizatora biogazu ExTox ET-4D2 (S/N: F08-116540-001 / 2008) zlokalizowanego w budynku kogeneracji Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp., w zakresie:

- kontroli poprawności działania poszczególnych elementów analizatora,
- sprawdzenia stanu połączeń gazowych i kontroli szczelności analizatora,
- sprawdzenia stanu połączeń i przewodów elektrycznych,
- czyszczenia zabrudzonych elementów analizatora,
- dostawy trzech fabrycznie nowych głowic pomiarowych CH₄, CO₂, H₂S,
- wymiany i kalibracji głowicy pomiarowej CH₄,
- wymiany i kalibracji głowicy pomiarowej CO₂,
- wymiany i kalibracji głowicy pomiarowej H₂S.

Termin realizacji zlecenia - do uzgodnienia telefonicznego ze Zleceniodawcą – nie później niż 1 miesiąc od otrzymania zlecenia.

Podstawą zakończenia realizacji zlecenia i wystawienia faktury będzie protokół kalibracji oraz uruchomienia urządzenia, podpisany przez Przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. Wydziału Oczyszczalni Ścieków.

Płatność przelewem do 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.