

Zakup i dostawa videolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla zespołów ratownictwa medycznego

Znak sprawy: DZP.TP.8 2023

Załącznik nr 1.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk videolaryngoskopów wraz z zestawem niezbędnymi akcesoriów przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w ramach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Videolaryngoskop – 30 kompletów
1.	Skład zestawu: a) wielorazowa rękojeść videolaryngoskopu – 1 szt. b) kolorowy monitor o przekątnej min. 3,5” współpracujący z powyższą rękojeścią – 1 szt. c) kabel USB – 1szt. d) zasilacz sieciowy – 1 szt. e) wbudowana pamięć wewnętrzna o pojemności min. 8GB f) zestaw dostarczany w walizce ułatwiającej przenoszenie oraz chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi;
2.	Funkcjonalność urządzenia: a) Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów b) Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. c) Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 4 h
3.	Monitor: a) Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480 b) Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością zmiany podstawowych parametrów wyświetlacza (jasność, głośność) oraz przeglądania i wyboru zapisanych zdjęć i filmów c) Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach: - góra/dół – min. 130° - prawo/lewo – min. 270° d) Wskaźnik naładowania baterii (graficzny lub liczbowy)
4.	Rękojeść videolaryngoskopu: a) Wbudowana kamera CMOS; b) Podgrzewana optyka zapobiegająca parowaniu kamery c) Kąt pola widzenia kamery: min. 50° d) Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm e) Źródła światła: dioda LED, min. 1500 luxów
Akcesoria – łyżki jednorazowe w różnych rozmiarach – do każdego videolaryngoskopu:	
5.	Łyżki jednorazowe w rozmiarach a) noworodkowym – 7 szt. b) dziecięcym – 7 szt. c) dla dorosłych – 50 szt. d) dla otyłych dorosłych – 7 szt.
6.	Łyżki powinny być pakowane pojedynczo, w opakowaniach gwarantujące ich mikrobiologiczną czystość. Zamawiający wymaga, aby łyżka w nieotwartym, nieuszkodzonym opakowaniu, zachowywała swoje parametry mikrobiologiczne przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Zakup i dostawa videolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla zespołów ratownictwa medycznego

Znak sprawy: DZP.TP.8 2023

Załącznik nr 1.1

Warunki gwarancji i serwisu	
7.	Videolaryngoskop powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.
8.	Okres gwarancji videolaryngoskopu: min 24 miesiące. Jeżeli sprzęt wymaga okresowych przeglądów to wykonawca wykonuje je bezpłatnie w okresie gwarancji.
9.	Przed końcem okresu gwarancji wykonawca wykona bezpłatny przegląd potwierdzony wpisem w paszporcie technicznym lub dostarczy raport serwisowy.
10.	Bezpłatne szkolenie dla użytkowników w siedzibie Zamawiającego, w dwóch ustalonych wcześniej z Zamawiającym terminach.