

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa respiratora transportowego z możliwością użycia w komorze dekompresyjnej.**

Ilość gwarantowana:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1.	Respirator z możliwością użycia w komorze dekompresyjnej	kpl	1

2. CPV: 44611200-8,

3. Oferty częściowe: *NIE DOTYCZY*

4. Wymagane cechy dostawy – *NIE DOTYCZY*

5. Wymogi techniczne – *zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia*

6. Opis równoważności: *NIE DOTYCZY*

7. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności: *NIE DOTYCZY*

8. Odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu:

- a) polskich norm przenoszących normy europejskie
- b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie

– *zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia*

9. Usługi dodatkowe: *transport, załadunek, rozładunek i montaż na koszt Wykonawcy.*

10. Termin realizacji:

45 dni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.11.2021 r.

11. Miejsca dostawy: *Ośrodek Szkolenia Nurkowego CSWS, 81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7.*

12. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty:

12.1. Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w wersji papierowej oraz paszport urządzenia i karta gwarancyjna dostarczona z urządzeniem.

12.2. Karty katalogowe, materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty m.in. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim.

12.3. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

13. Wymagania w zakresie gwarancji:

- 13.1. Gwarancja minimum 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy max 72 h. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych wyrób zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym.
- 13.2. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.
- 13.3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych.

14. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie personelu potwierdzone protokołem, w terminie uzgodnionym pomiędzy wykonawcą i użytkownikiem (personel Ośrodka Szkolenia Nurkowego CSWS, 81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7).

15. Inne wymagania:

- 15.1. Urządzenie musi być wyprodukowany nie później niż w 2020 roku.

16. Załączniki:

Załącznik 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - respiratora transportowego z możliwością użycia w komorze dekompresyjnej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
RESPIRATOR TRANSPORTOWY
Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA W KOMORZE DEKOMPRESYJNEJ

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa respiratora transportowego z możliwością użycia w komorze dekompresyjnej.

2. Wymagania techniczne:

- 2.1. Możliwość pracy w podwyższonym ciśnieniu.
- 2.2. Sterowanie elektroniczne, możliwość zasilania z baterii lub sieci.
- 2.3. Stabilna częstość oddechów w atmosferze podwyższonego ciśnienia.
- 2.4. Automatyczna kompensacja głośności.
- 2.5. Stężenie tlenu regulowane od 21 do 100%.
- 2.6. Dedykowany program do wentylacji do 3000 ml dla dorosłych.
- 2.7. Możliwość zastosowania HELIOX do wentylacji.
- 2.8. Monitorowanie ciśnienia parcjalnego i stężenia tlenu.
- 2.9. Zdalny panel sterowania do montażu w komorze dekompresyjnej i połączeniem VGA dla monitorów na zewnątrz komory.
- 2.10. Waga urządzenia nie przekraczająca 6 kg.
- 2.11. Kompensacja częstości oddechów na dowolnej głębokości.
- 2.12. Maksymalny przepływ mieszaniny oddechowej do 240 l / min.
- 2.13. Automatyczna redukcja stężenia parcjalnego tlenu.
- 2.14. Zasilanie 220-240 V 50-60 Hz.
- 2.15. Wbudowana hermetyczna bateria umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny.
- 2.16. Wyświetlacz LED TFT nie mniejszy niż 9'.

3. Wymagania dotyczące kodyfikacji:

Klauzula kodyfikacyjna

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).
2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

- 2.1. Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.
 - 2.2. Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.
 - 2.3. Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.
3. Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.