

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów medycznych dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** MOO PCK
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 6760078896
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Studencka 19
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kraków
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 31-116
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** krakow.przetargi@pck.malopolska.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** ww.pck.malopolska.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00274433/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-25 11:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00265294/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

- 1 Rękawice foliowe niesterylnne 1 op. a 100 szt op. 24
- 2 Rękawiczki sterylne lub niesterylne winylowe roz. M wykonane z polietylenu a 100 szt lub lateksowe sterylne pakowane w parach po 50 par- 1 op/50 par (z odpowoinim przeliczeniem) op. 48
- 3 "Rękawice niejałowe, pakowane po 100 sztuk,bez pudrowe z miękkiego elastycznego nitylu o dużej wytrzymałości mechanicznej oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, chlorowane od strony wewnętrznej Zgodne z normą ENPN445-1.2.3.4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończona rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 do 245 mm , rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyspieszonym starzeniu min 460%(wyniki potwierdzone raportem testowym) Badanie na min. 2 kwasy i 2 alkohole:
-min 2 kwasy-poziom odporności min.3
-dwa alkohole: 70% etanol i 70% izopropanol-odporność na przenikanie min.25 min." op. 960

Po zmianie:

- 1 Rękawice foliowe niesterylnne 1 op. a 100 szt op. 24
- 2 Rękawiczki sterylne lub niesterylne winylowe roz. M wykonane z polietylenu a 100 szt lub lateksowe sterylne pakowane w parach po 50 par- 1 op/50 par (z odpowoinim przeliczeniem) op. 48
- 3 "Rękawice niejałowe, pakowane po 100 sztuk,bez pudrowe z miękkiego elastycznego nitylu o dużej wytrzymałości mechanicznej oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, chlorowane od strony wewnętrznej Zgodne z normą

ENPN445-1.2.3.4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończona rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 do 245 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyspieszonym starzeniu min 460%(wyniki potwierdzone raportem testowym) Badanie na min. 2 kwasy i 2 alkohole:

-min 2 kwasy-poziom odporności min.3

-dwa alkohole: 70% etanol i 70% izopropanol-odporność na przenikanie min.25 min." op. 960

lub Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu op. 960

lub rękawice nitrylowe, bezpudrowe, AQL<=1,5, obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, teksturowane końce palców, grubość na palcu min. 0,09mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, odporne na przenikanie cytotatyków zgodnie z ASTM 6978 (15 substancji), siła zrywu przed starzeniem (mediana) 7.3N, siła zrywu po starzeniu (mediana) 7.6N op. 960

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 7)

Przed zmianą:

1 Cewnik do podawania tleu przez nos dla dorosłych długość od 420 - 300cm szt 480

2 Maski tlenowe z drenem do podawania tlenu o rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych z metalowym klipsem na nos umożliwiającym odpowiednie dopasowanie maski do twarzy pacjenta lub o rozmiarze L,M szt 240

3 Maski tlenowa z nebulizatorem i drenem od 200 - do 210 cm dla dorosłych lub maski o długości 200 cm lub maski do podawania tlenu z nebulizatorem rozmiarze o uniwersalnym dla dorosłych z metalowym klipsem na nos umożliwiającym odpowiednie dopasowanie maski do twarzy pacjenta szt 240

Po zmianie:

1 Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych długość od 420 - 300cm szt 480

2 Maski tlenowe z drenem do podawania tlenu o rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych z metalowym klipsem na nos umożliwiającym odpowiednie dopasowanie maski do twarzy pacjenta lub o rozmiarze L,M szt 240

3 Maski tlenowa z nebulizatorem i drenem od 200 - do 210 cm dla dorosłych lub maski o długości 200 cm lub maski do podawania tlenu z nebulizatorem rozmiarze o uniwersalnym dla dorosłych z metalowym klipsem na nos umożliwiającym odpowiednie dopasowanie maski do twarzy pacjenta szt 240

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-07-27 11:00

Po zmianie:

2022-07-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-07-27 11:05

Po zmianie:

2022-07-28 11:05