



Płock, dnia 03.08.2021 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.260.11.2021

Dotyczy: **Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku**

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku ze znaczącym spadkiem dostępności zestawów komputerowych w konfiguracji wymiennej w załączniku nr 1 i co za tym idzie możliwością dostawy sprzętu o podanych parametrach w ciągu wymaganych 5 tygodni, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie zestawu komputerowego o innych, równoważnych lub lepszych parametrach niż te opisane w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu komputerowego o parametrach równoważnych lub wyższych, niż te które są opisane w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie testera widzenia o poniższych parametrach:

- Testy ostrości wzroku do dali i bliży – jednoocznie, obuocznie (Pierścienie Landolta, Liczby, Litery, Litery dla słabowidzących)
 - Widzenie barw (Ishihara)
 - Test Amslera
 - Test stereoskopowy z wynikiem prezentowanym w sekundach kątowych/luku
 - Foria horyzontalna i wertykalna, fuzja
 - Test pola widzenia horyzontalnego (90°, 75°, 60°, 45°, 30°) i wertykalnego, centralne pole widzenia
 - Test wrażliwości na kontrasty (literowy)
 - Badanie astygmatyzmu (figura promienista, tryb jednooczny, do dali i bliży)
- Pozostałe cechy urządzenia
- Odległości pośrednie 60 cm
 - Badanie wrażliwości na olśnienie, badanie odporności na olśnienie
 - Urządzenie umożliwia wykonanie testów w warunkach oświetlenia fotopowego (silnego 160 kandel i słabego – 80 kandel) oraz mezotopowego (zmierzchowego – 3 kande)le)
 - Oświetlenie przy pomocy 16 białych diod LED i systemu dyfuzora
 - Możliwość badania we własnych szklach korekcyjnych pacjenta i z soczewkami progresywnymi
 - Oprogramowanie w języku polskim, kompatybilne z systemem operacyjnym zestawu komputerowego załączonego do testera
 - Urządzenie mobilne - lekkie, łatwe w transporcie, cechuje się ergonomią użytkownika, możliwość dokupienia dedykowanej walizki transportowej na kółkach
 - Szybkie uruchamianie odporność na zółknięcie testów, łatwa współpraca z komputerem
- Akcesoria dołączone do urządzenia:
- Zewnętrzne zasilanie medyczne IEC60601
 - Kabel USB

- Osłona twarzy dla pacjenta (jednorazowa)
 - Płyta CD z instrukcją i oprogramowaniem
 - Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia soczewek
- Normy: klasa bezpieczeństwa: I, tyb B, norma EN ISO 60601-1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania testera widzenia o parametrach jw.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu komputerowego z monitorem o rozmiarze min. 21,5”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zestaw komputerowy z monitorem o rozmiarze min. 21,5”

Pytanie 4

Dotyczy warunków gwarancji zestawu komputerowego

Prosimy o odstąpienie od wymogu oświadczenia o pozostawieniu dysku twardego urządzenia objętego aktywnym wsparciem technicznym u Zamawiającego w przypadku jego awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu oświadczenia o pozostawieniu dysku twardego urządzenia objętego aktywnym wsparciem technicznym u Zamawiającego w przypadku jego awarii.

Tel:	Płock 24 262 87 48	o/Warszawa 22 560 00 40	o/Radom 48 330 93 22
Fax:	24 262 88 42	22 560 00 41	48 330 93 23
e-mail:	plock@mwomp.pl	warszawa@mwomp.pl	radom@mwomp.pl
NIP:	774-15-46-233	REGON 000301569	KRS 0000139991