

Konin, 06.09.2023r

**WSZ-EP-30/986/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu "Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w WSZ w Koninie poprzez doposażenie wspierające działania naprawcze" nr sprawy - WSZ-EP-30/2023**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1 do pakietu 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 3 -cyfrowego, dotykowego , kolorowego wyświetlacza z 5 parametrami: temperaturą , przepływem, stężeniem tlenu ,oraz dodatkowo Saturacją i tętnem w języku polskim;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.7 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 7 ,zakresów trybu przepływów : 2-30l/min dzieci ,10-80l/min dorośli;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Aktualny opis Zamawiającego w punkcie 7 nie wyklucza powyższego.**

Prosimy o odstąpienie w punkcie 11, prosimy o odstąpienie wymogu czujnika pomiaru wysokości, ponieważ urządzenie typu High Flow Generują przepływy mieszanki gazów oddechowych bez uwzględniania ciśnień;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w punkcie 17, aparatu o wadze 3,5 kg;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punktach 23,26 w miejsce wielorazowej rury ,łącznika do dezynfekcji;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Prosimy o odstąpienie w punkcie 25,dezynfekcji w temperaturze 85°C , oraz dopuszczenie systemu dezynfekcji ozonatorem w czasie 30 minut;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w punkcie 31, wymogu dodatkowego przepływomierza tlenu 70l/min, oferowany przez nas aparat ma wbudowany blender wewnętrzny i nie wymaga dodatkowego przepływomierza;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 2 do pakietu 7**

Czy Zamawiający wymaga w urządzeniu wbudowanej baterii do trybu transportowego min. 30 minut pracy na baterii . Jest to korzystna opcja w urządzeniu i pozwala na przetransportowanie pacjenta np. na inny oddział ,bez potrzeby odłączania .

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 3 do pakietu 7**

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego modułu SpO2.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 4 do pakietu 7**

Czy Zamawiający wymaga wbudowanej pamięci wewnętrznej terapii pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.