

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

nr postępowania: BZP.2710.16.2022.MR

Wrocław, dnia 26.05.2022 r.

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: **„Dostawa systemu do dokumentacji żeli i blotów z zaawansowaną detekcją chemiluminescencji i fluorescencji dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu, oraz dokonuje zmiany SWZ i ogłoszenia w poniżej określonym zakresie:

Pytanie 1.

Załącznik nr 3 do SWZ "Opis przedmiotu zamówienia" - PARAMETRY WYMAGANE: Komputer pozwalający na analizę uzyskanych wyników: Punkt 20 (Laptop o przekątnej ekranu od 14,5 do 16 cali); Czy Zamawiający dopuści laptop 13,3 cala? Urządzenie te dedykowane jest oferowanemu systemowi do dokumentacji żeli.

Odpowiedź 1:

Tak, jeśli laptop jest dedykowany do obsługi oferowanego systemu, a jego parametry pozwalają na sprawną obsługę oprogramowania dedykowanego do urządzenia oraz analizę uzyskanych danych to Zamawiający dopuszcza laptop o parametrach przedstawionych w pytaniu.

Pytanie 2.

Punkt 22 załącznik nr 3 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (Procesor przynajmniej 6 rdzeniowy) Czy Zamawiający dopuści laptop 4 rdzeniowy? Urządzenie te dedykowane jest oferowanemu systemowi do dokumentacji żeli.

Odpowiedź 2:

Tak, jeśli laptop jest dedykowany do obsługi oferowanego systemu, a jego parametry pozwalają na sprawną obsługę oprogramowania dedykowanego do urządzenia oraz analizę uzyskanych danych to Zamawiający dopuszcza laptop o parametrach przedstawionych w pytaniu.

Pytanie 3.

Załącznik nr 3 do SWZ "Opis przedmiotu zamówienia" - PARAMETRY WYMAGANE: Komputer pozwalający na analizę uzyskanych wyników: Punkt 23 (Dysk twardej SSD o pamięci przynajmniej 256 GB); Czy Zamawiający dopuści laptop z dyskiem twardym SSD o pamięci 128 GB ? Urządzenie te dedykowane jest oferowanemu systemowi do dokumentacji żeli.

Odpowiedź 3:

Tak, jeśli laptop jest dedykowany do obsługi oferowanego systemu, a jego parametry pozwalają na sprawną obsługę oprogramowania dedykowanego do urządzenia oraz analizę uzyskanych danych to Zamawiający dopuszcza laptop o parametrach przedstawionych w pytaniu.

1. Zmianie ulega rozdział XII pkt 1 i 9 SWZ – Składanie i Otwarcie Ofert.

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **27.05.2022 r., do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings
9. Otwarcie ofert nastąpi **27.05.2022 r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

Zmienia się na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **06.06.2022 r., do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings
9. Otwarcie ofert nastąpi **06.06.2022 r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

2. Zmianie ulega rozdział X pkt 1 SWZ – Termin Związania Ofertą.

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą do **25.06.2022 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zmienia się na:

1. Wykonawca jest związany ofertą do **05.07.2022 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

DYREKTOR GENERALNY
UNIwersytetu Wrocławskiego
mgr Barbara Starnawska