



Poznań, dnia 28.11.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-100/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 19 części**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Dotyczy Części nr 18, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, Pozycji nr 2 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Dotyczy Części nr 18, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, Pozycji nr 4 igłę o długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ

Zestaw nr 2:

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz 1 sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H₂O.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymiennik ciepła i wilgoci (nie wymaga), o zaproponowanych parametrach, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 2 filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,9999% ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H₂O.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 3 o parametrach wymagających przez Zamawiającego, konstrukcja filtra w kształcie litery V



Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.





4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr12 opatrunek hemostatyczny impregnowany kaolinem pakowany sterylnie, o wymiarach 10X10 cm, opatrunek hemostatyczny na bazie glinki kaolinowej wpływającej na kaskadę krzepnięcia przez kontaktową aktywację kaskady krzepnięcia opierającej się głównie na właściwości czynnika XII, nie zawierający innych aktywatorów krzepnięcia, data ważności 24 m-ce.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 5:

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy netto określonej w §4 ust. 1.
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości netto **niezrealizowanej części** umowy określonej w §4 ust. 1.
- za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **50,00 zł** netto za każdy dzień zwłoki,

5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego wykonywania pracy w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego (w tym nieprzestrzeganie bezwzględного zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie całego Szpitala), zwartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywanie się z postanowień Umowy z tego zakresu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar pieniężnych w wysokości **250,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek.

Odp.: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy.

Zestaw nr 4:

Część nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści płytkę/piankę na której umieszczona jest igła w kształcie prostokąta, spełniając pozostałe parametry?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie wyrobu, z płytką /pianką na której umieszczona jest igła w kształcie prostokąta, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań SWZ.

Opracowała: Beata Tyłska

