

Znak : ZOZ.V.010/DZP/92/21

Sucha Beskidzka dnia 04.10.2021r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na **Dostawa, posadowienie wraz z montażem cyfrowego aparatu RTG w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dot. Załącznika nr 1a do SWZ warunki modernizacji.

Czy Zamawiający wymaga zezłomowania starego aparatu i przedstawienia karty odpadu?

Odp. NIE.

2. Dot. Załącznika nr 1a do SWZ pkt 75 – 85

W zakresie tych punktów punktacja nie zawsze koresponduje z wymaganym parametrem, jest względem ich przesunięta. Czy Zamawiający potwierdza, że w punktach 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83 powinno być „Bez punktacji”, w punkcie 77 „ ≥ 8 mln – 10 pkt, < 8 mln i ≥ 6 mln – 5 pkt, < 6 mln – 0 pkt”, w punkcie 78 „ $\leq 115 \mu\text{m}$ – 10 pkt, $> 115 \mu\text{m}$ i $\leq 150 \mu\text{m}$ – 5 pkt, $> 150 \mu\text{m}$ – 0 pkt”, w punkcie 84 „Tak, rączka zintegrowana z obudową – 10 pkt, tak wgłębienia wyprofilowane w obudowie – 5 pkt, nie – 0 pkt” w punkcie 85 „Dedykowana ładowarka – 0 pkt, doładowywanie w szufladzie stołu – 5 pkt, oba rozwiązania – 10 pkt”?

Odp. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1a.

3. Dot. załącznika nr 1a do SWZ pkt. 110

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane osłony osobiste (ołowiowy czy bezołowiowy) i z jakim równoważnikiem ołowiu?

Odp. Ołowiowe, o współczynniku 0,50 mmPb.

4. Dot. SWZ roz. VIII pkt 3

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach

dopuszczy ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

Odp. Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza oświadczenie.

5. Dot. SWZ roz. VIII pkt 3

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty Certyfikatów lub Deklaracji Zgodności dla wszystkich oferowanych wyrobów medycznych?

Odp. Tak, dla oferowanego sprzętu.

6. Dot. projektu umowy (zał. 3 do SWZ) Par. 1 ust. 1 b)

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS. RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydane przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące: „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu RTG i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”.

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu.

7. Dot. projektu umowy (zał. 3 do SWZ) Par. 1 ust. 3 b)

Prosimy o potwierdzenie, że termin wykonania szkolenia aplikacyjnego nie warunkuje daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy. Bezpośrednio po uruchomienie aparatu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szkolenia obsługowego. Szkolenie aplikacyjne zostanie wykonane w obustronnie uzgodnionym terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego zezwolenie na użytkowanie pracowni.

Odp. Tak.

8. Dot. projektu umowy (zał. 3 do SWZ) Par. 1 ust. 3 c)

Prosimy o podanie jaką mocą przyłączeniową Zamawiający dysponuje dla RTG. Prosimy o podanie liczby żył in przekroju kabla zasilającego rtg. Prosimy o określenie odległości od rozdzielni głównej dla kabla zasilającego rtg.

Odp. Moc przyłączeniową ogranicza kabel. Przekrój kabla 4x35mm², odległość od rozdzielni ok. 45-50m.

9. Dot. projektu umowy (zał. 3 do SWZ) Par. 1 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze pomieszczenia do adaptacji Wykonawcy w dniu podpisania umowy

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca wentylacja w pracowni jest sprawna, spełnia wymogi dla pracowni RTG i Zamawiający dysponuje protokołem pomiaru skuteczności wentylacji to potwierdzającym nie starszym niż 12 miesięcy.

Odp. Zamawiający informuje, iż w zakresie prac należy uwzględnić wentylacje pomieszczeń.

Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą ppoż dla obszaru podlegającego adaptacji? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie wersji elektronicznej.

Odp. Zamawiający dysponuje aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Tomasz Szewski

014

Kierownik
Działu Usług Publicznych
mgr Sabina Steczek