



Znak: AE/ZP-27-33/20

Tarnów, 2020-06-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu : wyposażony w złącze do irygacji podłączane do głowicy”? reszta parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania z materiału zapewniającego odporność na załamania, średnica igły 23 G długość igły 4 lub 6 mm posiadające mechanizm długopisowy? Reszta parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający dopuści zrezygnuje z zapisu „, z możliwością wykonania MRI”? Reszta parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** zestawu do opaskowania żyłaków przelyku nie wyposażonego w złącze do irygacji podłączane do głowicy.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** igieł do ostrzykiwania z materiału zapewniającego odporność na załamania, średnica igły 23 G długość igły 4 lub 6 mm posiadających mechanizm długopisowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** klipsów bez możliwości wykonania MRI.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

Ma