

Znak: ZOZ.V.010/DZP/95/20

Sucha Beskidzka dnia 09.11.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę kombinezonów i masek FFP3.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści kombinezon bez pętelki na kciuk przymocowanej do mankietu?

Nasza prośba podyktowana jest w szczególności względami ekonomicznymi (modele z pętelką są droższe) oraz funkcjonalnymi. Pętelka założona pod rękawice zewnętrzne może prowadzić do otarć i uszkodzeń naskórka, a założona na rękawice wewnętrzne uszkodzić materiał. Dodatkowe uszczelnienie taśmą klejącą zalecane przez producentów lub założenie rękawic zewnętrznych na rękaw kombinezonu uniemożliwia zsuniecie się mankietów zatem pętelka jest zbędna i powoduje ryzyka uszkodzeń. Prawidłowe zakładanie kombinezonu wymaga dwóch par rękawic (wewnętrznych oraz zewnętrznych) oraz oklejenia taśmą klejącą wszystkich szczelin i łączeń. Producenci kombinezonów zalecają m.in. „Jeśli stosowana jest druga para rękawic, należy założyć je na uprzednio założone rękawice, zakrywając nadgarstek oraz rękawy kombinezonu. Zaleca się zaklejenie taśmą klejącą wszystkich szczelin i łączeń, w tym zakończeń rękawic oraz kaptura dookoła twarzy w miejscu, w którym kaptur styka się z maską. Druga osoba powinna sprawdzić, czy kombinezon został prawidłowo założony i czy wszystkie łączenia zostały zabezpieczone taśmą klejącą.” Polski centralny instytut ochrony pracy-CIOP rekomenduje wykorzystanie rękawic wewnętrznych oraz rękawic zewnętrznych. Rękawice zewnętrzne naciąga się na rękawy kombinezonu: <https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89677/20200414115823&instrukcja-kombinezon-ochronny.pdf> tym samym pętelka założona pod rękawice zewnętrzne może prowadzić do otarć i uszkodzeń naskórka, a założona na rękawice wewnętrzne uszkodzić materiał. Dodatkowe uszczelnienie taśmą klejącą zalecane przez producentów lub założenie rękawic zewnętrznych na rękaw kombinezonu uniemożliwia zsuniecie się mankietów zatem pętelka jest zbędna i powoduje ryzyka uszkodzeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

Kierownik
Działu Zarządzania i Administracji
mgr Sabina Steczek