



Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
Im. Św. Jana z Dukli  
Ul. Dr K. Jaczewskiego 7  
20-090 Lublin  
Tel./Fax (81) 747 63 27  
NIP 7122135822, REGON 431219360

10.09.2020 r.

**COZL/DZP/AK/3412/PN-118/20**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

**„Dostawa asortymentu medycznego (igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia prostaty, cewniki) na potrzeby COZL”.**

#### **I.**

Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z póź. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

**Uzasadnienie:** Na mocy art.181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pismem z dnia 9 września 2020 roku Firma IVRA Medical złożyła wniosek o ponowne zbadanie oferty uznanej za najkorzystniejszą. Zamawiający uznając przekazane informacje za zasadne zobligowany jest na mocy art. 181 ust. 2 ustawy Pzp do powtórzenia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Dlatego też, Zamawiający stwierdza jak na wstępie.

#### **II.**

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę VARIMED Sp. z o.o. zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie:** Po powtórnej analizie oferty złożonej przez firmę VARIMED Sp. z o.o. Zamawiający stwierdza niezgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ulotki oraz materiały informacyjne złożone przez firmę VARIMED Sp. z o.o. nie potwierdzają spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż cewnik

zaoferowany w pozycji 5 Formularza Ofertowego w rozmiarze 10Ch, nr katalogowy SV-311040 posiada balon o pojemności 3 ml, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

### III.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie „Dostawa asortymentu medycznego (igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia prostaty, cewniki) na potrzeby COZL”.

**Uzasadnienie:** Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z powołanym przepisem Zamawiający jest zobligowany do „unieważnienia postępowania w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W odniesieniu do poprzedzających czynności podjętych przez Zamawiającego, tj. odrzucenie oferty firmy IVRA Medical pismem z dnia 4 września 2020 roku na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz czynności dokonanych niniejszym pismem w pkt I – unieważnienie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 181 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w pkt II – odrzucenie oferty firmy VARIMED Sp. z o.o zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2, należy uznać, iż w przedmiotowym postępowaniu nie pozostaje żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać wszystkie czynności za zasadne.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansów i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli  
mgr Dariusz Cwiński