



Słupsk, dnia 23.01.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa sprzętu medycznego – postępowanie nr 08/TP/2024**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:  
„Wykonawca w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji dokona naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy dostarczy zamienny, pozbawiony wad i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:  
„W przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania ekspertyzy innemu podmiotowi posiadającego uprawnienia producenta, w celu ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ekspertyzy”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 5% na 3%?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:  
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości danego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:  
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości danego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:  
„Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 8:**

Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**Odp. Zamawiającego: parter**

- b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

**Odp. Zamawiającego: winda o wymiarach 110cmx200cmx200cm, 1650 kg**

- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

**Odp. Zamawiającego: Istnieją trzy drogi transportu. Jedna droga wymaga pokonania schodów w ilości 7 stopni.**

- d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

**Odp. Zamawiającego: 90 cm szerokość x 200 cm wysokość.**

- e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

**Odp. Zamawiającego: Jedna z droga posiada otwór o wysokości 185 cm.**

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

**Pytanie nr 9:**

Pakiet nr 3

Prosimy o zgodę na następujące parametry

a. Wymiary zew. (SxGxW) 785x1041x1947 mm

b. Wymiary wew. (SxGxW) 440x696x1266

przy pojemności użytkowej 398 L, czyli zdecydowanie więcej od wymagań Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10:**

Pakiet nr 3

Prosimy o wyrażenie zgody na wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bez pokrycia wnętrza łatwo zmywalną powłoką, gładką w kolorze białym.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie ma dla Zamawiającego pokrycie wnętrza.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11:**

Pakiet nr 3

Prosimy o zgodę na izolację z pianki poliuretanowej + panele VIP. O grubości 130mm. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 12:**

Pakiet nr 3

Prosimy o zgodę na panel kontrolny 7" HD Intelligent Screen Control System/ 7 calowy Zaawansowany ekran dotykowy HD.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 13:**

Pakiet nr 3

Proszę o zgodę na 2 porty kablowe o średnicy 25mm. Jest to wystarczająca średnica do przeprowadzenia przez port o średnicy 2 sond do pomiaru temperatury, zatem do zamrażarki można wprowadzić 4 sondy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14:**

Pakiet nr 3

Zamawiający wymaga energooszczędnych kompresorów inwertorowych oraz trybu normalnego i ECO jednocześnie nie określając maksymalnego zużycia energii.

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki ze średnim zużyciem energii na poziomie 7 kWh/ 24 h przy pełnym załadunku zamrażarki i temperaturze otoczenia 25 0C, układ dwóch kompresorów pracujących razem i równolegle, z utrzymaniem temperatury -70 C w przypadku awarii jednego kompresora ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o zgodę na możliwość pracy do +32C.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 16:**

Pakiet nr 3 Prosimy o zgodę na zamrażarkę wykonaną w technologii filtrowej, tzn. z filtrem skraplacza i z alarmem skraplacza. Alarm włącza się gdy temperatura skraplacza jest zbyt wysoka z powodu zablokowania sita filtra skraplacza

Zanieczyszczony skraplacz zużywa również więcej energii i nagrzewa się. Powoduje to uruchomienie alarmu przegrzania skraplacza co jest równoznaczne że doszło do jego zanieczyszczenia filtra.

Zamawiający w opisie alarmów, nie wymaga alarmu przegrzania skraplacza. Prosimy zatem o informację jak Zamawiający zamierza kontrolować ten parametr.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 17:**

Pakiet nr 3 pkt 19 opz.

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z półkami pełnymi ze stali nierdzewnej. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o informację jakie znaczenie ma dla Zamawiającego rodzaj półek.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, półki perforowane pozwalają utrzymać jednakową temperaturę w całym urządzeniu i podobne warunki przechowywania próbek.***

**Pytanie nr 18:**

Pakiet nr 3 pkt.39

Prosimy o zgodę na wagę 247 kg/ puste urządzenie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 19:**

dot. OPZ w zakresie części III:

- dotyczy „Warunki gwarancji i serwisu”, punkt 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej wymagającej importu części z zagranicy do 28 dni? Pytanie nasze motywujemy ewentualną potrzebą sprowadzenia części zamiennych do Polski dla urządzenia wytwarzanego w Japonii, gdzie też mieści się magazyn części zamiennych.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 20:**

dot. OPZ w zakresie części III: - dotyczy „Warunki gwarancji i serwisu”, punkt 11:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim – zarówno dla formypapierowej, jak i formy elektronicznej?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak