



Włocławek, dnia 20.12.2023 r.

DZP/79/2022

Strona internetowa/miejsce publicznie dostępne

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

I ODRZUCENIU OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5, 7

ORAZ

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5, 9.

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 EURO na podstawie art. 132 uPzp, pod nazwą: **Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą trzech aparatów oraz udostępnieniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej. Znak postępowania: DZP/79/2023**, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, mianowicie jest to oferta złożona przez Wykonawcę:

Część nr 1, 2, 4 – bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Część nr 3, 6 – Argenta Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań

Część nr 7 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Część nr 10 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, BOR-POL Mariusz Borkowski, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium ceny – 60%, terminem dostawy – 40%. Oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert (uzyskała najwyższą ilość punktów).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Wykaz i porównanie złożonych ofert

Część nr 1

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Termin dostawy	Suma punktów
4.	bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Józefa Zajęczka 9 01-518 Warszawa	60	40	100

Część nr 2

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Termin dostawy	Suma punktów
4.	bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Józefa Zajęczka 9 01-518 Warszawa	60	40	100

Część nr 3

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Termin dostawy	Suma punktów
1.	Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań	60	40	100
7.	BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	54,17	40	94,17

Część nr 4

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Termin dostawy	Suma punktów
4.	bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Józefa Zajęczka 9 01-518 Warszawa	60	40	100



Część nr 5

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Termin dostawy	Suma punktów
1	Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań	<p>Oferta podlega odrzuceniu w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.</p> <p>Uzasadnienie faktyczne:</p> <p>Zamawiający w Formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik nr 2.5 do SWZ w zakresie części nr 5 poz. 3 „Testy lateksowe dla oznaczania antygenów N (...)” wymagał 200 szt. przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaferował 210 szt., w poz. 7 „Testy lateksowe dla pneumokoków z hodowli” wymagał 75 szt. przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaferował 120 szt., w poz. 8 Testy immunochromatograficzne (...) wymagał 320 szt. przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaferował 330 szt., w poz. 11 „Szybki test do wykrywania werotoksyny (...)” wymagał 10 szt. przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaferował 30 szt., w poz. 12 „ Test kasetowy (...)” wymagał 10 szt. przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaferował 12 szt., w poz. 13 „ Test kasetkowy wykrywający antygen (...)” wymagał 10 szt. przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaferował 12 szt. Zamawiający nie mógł zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia, ponieważ instytucja wyjaśnień nie służy zmianie treści oferty. Obowiązkiem wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest złożenie oferty zgodnej z SWZ. Odzwierciedleniem znajomości wymagań SWZ, a tym samym wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia jest złożona oferta.</p> <p>W związku z powyższym należy stwierdzić, że oferowany przez ww. Wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.</p> <p>Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie w zakresie części nr 5, gdyż wszystkie</p>		



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

		<p>złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.</p> <p>Uzasadnienie prawne:</p> <p>Wobec powyższego zasadnym jest odrzucenie oferty Wykonawcy Argenta Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp w zakresie części nr 5, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie w zakresie części nr 5, gdyż wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.</p>
--	--	---

Część nr 6.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
1.	Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań	60	40	100
7.	BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	59,58	40	99,58
8.	DIAG-MED. Grażyna Konecka ul. Słowikowskiego 85A bud H6 05-090 Raszyn	36,95	40	76,95


Część nr 7

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Termin dostawy	Suma punktów
1.	Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań			

Oferta podlega odrzuceniu w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w Formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik nr 2.7 do SWZ w zakresie części nr 7 poz. 1 „Bulion kałowy SF w próbkach” wymagał **3 780 szt.** przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował 3 800 szt., w poz. 3 „Bulion tioglikolanowy z reazuryną (...)” wymagał **3 240 szt.** przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca w



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



		<p>złożonej ofercie zaferował 3 250 szt. Zamawiający nie mógł zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia, ponieważ instytucja wyjaśnień nie służy zmianie treści oferty. Obowiązkiem wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest złożenie oferty zgodnej z SWZ. Odzwierciedleniem znajomości wymagań SWZ, a tym samym wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia jest złożona oferta.</p> <p>W związku z powyższym należy stwierdzić, że oferowany przez ww. Wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.</p> <p>Uzasadnienie prawne:</p> <p>Wobec powyższego zasadnym jest odrzucenie oferty Wykonawcy Argenta Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp w zakresie części nr 7, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p>		
7.	BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	60	40	100

Część nr 9.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 9 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023. 1605 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia w zakresie Części nr 9 jest fakt, iż nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część nr 10.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2 44-152 Gliwice	60	15	75

SPORZĄDZIŁA: Agnieszka Matczak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

mgr inż. Karolina Welka



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

