

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Znak sprawy ZP- XI REACT-EU /D/1/2023

Gdynia 20.07.2023r.

### **Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy: zakupu autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Wniosek nr 4 z dnia 20.07.2023r.**

##### **Pytanie nr 1 do części 2 Spektrofotometr UV**

##### **Pytanie**

Pytania nr 1 do części Cz.2 – Spektrofotometr UV

Czy wystarczająca będzie lampa halogenowa o wysokiej wydajności w zakresie 320-1100 nm, której czas pracy wynosi ok.100 h. Koszt samodzielnej wymiany to ok. 400 zł.?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o następujących parametrach:

- powtarzalności długości fali  $\pm 0,5$  nm.
- dokładność długości fali  $\pm 1$  nm.
- szczelina 4 nm.

**W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje**, że Zamawiający nie dopuszcza Spektrofotometru UV z lampą halogenową, w zakresie spektralnym 320-1100 nm. Laboratorium wymaga lampy ksenonowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie Spektrofotometru o następujących parametrach: - powtarzalności długości fali  $\pm 0,5$  nm. - dokładność długości fali  $\pm 1$  nm. - szczelina 4nm. Przedstawiona specyfikacja nie jest wystarczająca do zapewnienia wymagań technicznych Laboratorium. Zamawiający wymaga parametrów przedstawionych w SWZ (powtarzalności długości fali  $\pm 0,2$  nm. - dokładność długości fali  $\pm 0,5$  nm. - szczelina 2nm).

.....  
Kierownik zamawiającego

**Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.**