

Ostrów Wielkopolski, dnia 27.11.2020 r.

Otrzymują:

- https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych do opieki nad pacjentem dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Znak sprawy: FDZP.226.25.2020

Zamawiający przekazuje uzupełnienie do odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ z dnia 20.11.2020 r.

W związku z powyższym Zamawiający przesługuje termin składania i otwarcia ofert na dzień **04.12.2020 r. odpowiednio na godz. 10:00 i 10:30.**

Zamawiający w załączeniu przesyła treść przesłanej w dniu dzisiejszym do publikacji w DUUE zmiany ogłoszenia o zamówieniu (Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji), która w dniu dzisiejszym została zamieszczona na https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw.

Zamawiający informuje, iż niezwłocznie po opublikowaniu prześle ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia (Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji)

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z przyklepcem wokół otworu o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi wykonany z włókniny typu SMS 50g/m²?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedz:



Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x150cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 10x15cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 11-1-15

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm o średnicy 6cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również.

Pakiet 9, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cicia cesarskiego o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Zestaw wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na penetrację mikrobiologiczną 0CFU/100cm²?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem 7,5cm?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 6200g/m²/24h?

Odpowiedz:

Dopuszcza się również

Pakiet 9, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnyo wymiarach 25 cm x 30 cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
Zestaw wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedz:
Dopuszcza się również.

Z poważaniem

***Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła***