



Znak: AE/ZP-27-07/21

Tarnów, 2021-05-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: implantów ortopedycznych, tj.: wkrętów, śrub, gwoździ, grotów, podkładek, drutów, płytek, w tym do kości: udowej, piszczelowej, strzałkowej, stopy, piętowej, Halluxa, ramiennej, promieniowej, obojczykowej, łokciowej; implanty do złamań około protezowych; panewki zatrzaskowe dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem heksagonalnym z zachowanie pozostałych opisów zgodnie z SWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Gwóźdź Rusha Æ 5,0 mm, L 200 mm do 300.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do ceklarzu 5m średnica od 0,3 do 1,5 mm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Gwóźdź Rush'a o średnicy 2,5 do 6,0 mm – wszystkie długości.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Groty Steimanna o średnicy 4 do 5 mm i długości 150 - 250 mm.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Drut Kirschnera gwintowany średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150 mm.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 310 mm tytanowe.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8, Pakietu Nr 4 poz. 7, Pakietu Nr 5 poz. 9.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 8, Pakiecie Nr 4 poz. 7, Pakiecie Nr 5 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kątowo-stabilnych z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-8 i 10.** Czy Zamawiający w pozycji 1-8 oraz 10 wyrazi zgodę na wkręty heksagonalne?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający w pozycji nr 10 wyrazi zgodę na wkręty o dł. od 12-65?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający w pozycji nr 17 wyrazi zgodę na podkładki o średnicy od 4,2mm do 7,2mm, o średnicy całkowitej podkładki mieszczącej się w przedziale od 11 do 19 mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 15?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21-24.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 2, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21-24?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 20?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 20.** Czy Zamawiający w pozycji nr 20 wyrazi zgodę na śrubę szyjkową fi 10,5 mm oraz dł. 70-120 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pinów antyrotacyjnych z poz. nr 20?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 1 oraz 7?

18. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na wkręty o śr. 3,0 mm oraz dł. 16-30 mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 7?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 wyrazi zgodę na wkręty o śr. 3,5, A=4-16 mm, L=10-50 mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający w pozycji 3 wyrazi zgodę na wkręty o śr. 4,0, A=5-23 mm, L=10-70 mm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Czy Zamawiający w pozycji 4 wyrazi zgodę na wkręty o śr. 4,5, A=6,5-32 mm, L=12-90 mm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 5.** Czy Zamawiający w pozycji 5 wyrazi zgodę na wkręty o śr. 6,5, L 45-130 mm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6.** Czy Zamawiający w pozycji 6 wyrazi zgodę na wkręty o śr. 6,5, L 30-110 mm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 9.** Czy Zamawiający w pozycji 9 wyrazi zgodę groto wkręty Schanza o śr. Od 2,5-6,0 mm oraz dł. 60-300 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-9 i 10** wkrętów z gniazdem heksagonalnym natomiast **Pakiecie Nr 2 poz. 9** wymaga zaoferowania wkrętów sześciokątnych.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** gwoździ Rusha o Ø 5,0 mm, natomiast długość L 200 mm do L 300 mm spełnia wymagania SWZ.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** drut do ceklarzu 5 m średnica od 0,3 do 1,5 mm.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** gwoździ Rush'a o średnicy 2,5 do 6,0 mm – wszystkie długości.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** grotów Steimanna o średnicy 4 do 5 mm i długości 150 - 250 mm.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** drutów Kirschnera gwintowanych średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150 mm.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 310 mm tytanowych.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8, Pakiecie Nr 4 poz. 7, Pakiecie Nr 5 poz. 9** wkrętów kątowo-stabilnych z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-8 i 10** wkrętów heksagonalnych.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** wkrętów o długości od 12-65 mm.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** podkładek opisanych w pytaniu.

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 6 poz. 15** do osobnego pakietu.

Ad 13 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 7 poz. 2, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21-24** do osobnego pakietu.

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 7 poz. 20** do osobnego pakietu.

Ad 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 20** śruby szyjkowej fi 10,5 mm oraz dł. 70-120 mm.

Ad 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wykluczenie z **Pakietu Nr 7 poz. 20** pinów antyrotacyjnych .

Ad 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 8 poz. 1 i 7** do osobnego pakietu.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** wkrętów o średnicy 3,0 mm oraz długości 16-30 mm

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 8 poz. 7** do osobnego pakietu.

Ad 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 2 wkrętów opisanych w pytaniu.

Ad 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 3 wkrętów opisanych w pytaniu.

Ad 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 4 wkrętów opisanych w pytaniu.

Ad 23 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 5 wkrętów opisanych w pytaniu.


Ad 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 6 wkrętów opisanych w pytaniu.

Ad 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 9 grotowkrętów Schanza opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Z up. DYREKTORA


mgr piel. Maria Bawół
Zastępca Dyrektora



