



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 17, Nr sprawy: ZP-23-074UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1** – PAKIET nr 1 Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego jednorazowego użytku w rozmiarze 80 x 210 cm, wykonanego z dwuwarstwowej bibuły za spodnią warstwą folii, szybko wchłaniające wodę i chroniące przed wilgocią, zakwalifikowanego przez producenta jako wyroby użytkowe, których nie zgłasza się do rejestru wyrobów medycznych, a w związku z tym nie są dla nich wymagane dokumenty dopuszczające.  
**Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 2** - PAKIET nr 7 Poz. 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20x20cm? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 3** - PAKIET nr 12 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku w rozmiarze 10x12cm, wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża, wyposażony w okienko (pokryte folią PU, pozwalające na kontrolę wzrokową miejsca wktucia bez potrzeby zmiany opatrunku). Wodoszczelność folii zapewnia barierę przed wodą, penetracją bakterii i zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Oddychający opatrunek, który ułatwia swobodny przepływ pary wodnej, zapobiegając ryzyku maceracji a bezpieczne mocowanie zapewnia klej hypoalergiczny naniesiony paskami oraz dodatkowo dołączone paski mocujące. **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 4** - Pakiet nr 10 – Zestaw do angiografii

Czy Zamawiający dopuści ?

- serwetę do angiografii z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>, wymiarach 225 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 71 x 330 cm, posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 12 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu (średnica samego okna 7 cm położone docentralnie); serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie z trójwarstwowej warstwy wysokochłonnej Control Plus SMS o wymiarach 122 x 81 cm i gramaturze 99 g/m<sup>2</sup>.

- serwetę na stolik ( do spakowania zestawu) z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 152 x 229 cm , wzmocniona po całości

- miskę o pojemności 2500ml h: 9cm, z rantem 24cm, bez rantu 21,6cm, dno 18cm

- osłonę na panel monitorów / powłoka 160 X 30 CM, gumka na dł. 160cm , na 2 końcach gumki taśma klejąca 6x10cm

- osłona na kabel 13X250 CM

- powłoka ochronna 80X120 CM typu czepek

- osłonka na wzmacniacz 140X85CM

- chusta z gazy 45 X 45 CM, 4-PLY, X-RAY

Pozostałe komponenty zestawu zgodne ze SIWZ .

**Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**