

COZL/DZP/AW/3412/TP-108/23

Lublin, dnia 23.08.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

„Usługa udzielenia licencji czasowej, aktualizacji wersji oprogramowania oraz napraw dla modułów systemu planowania leczenia radio-chirurgii Elements”.
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP- 108/23)

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

„Załącznik nr 2– Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkt 8 o treści „Planowanie odwrotne terapii łukowych typu VMAT i DCA”:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby, planowanie odwrotne terapii łukowej odbywało się w typie VMAT albo typie DCA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.