



FDZZ.226.12.2023

Ostrów Wielkopolski, 05.10.2023

Otrzymują:
Strona internetowa postępowania :

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawę Morcelatora dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

W związku z otrzymanym pytaniem do wyżej wymienionego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Lp.	Opis parametrów	Treść Pytania
12	Jednorazowe rurki tnące do morcelatora z uszczelkami w zestawie, opakowanie 5 zestawów - 1op	Czy Zamawiający dopuści wyłączenie jednorazowych rurek tnących? Uszczelki w zestawie - bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostawy minimum 2 sztuk rurek tnących wielorazowego użytku

Z poważaniem