



Opole, dn. 14.12.2022r.

L.dz. 1097/DO/2022

Nr sprawy: ZP 10/2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup urządzeń chłodniczych dla RCKiK w Opolu**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

DOTYCZY: „WITRYNY DO PRZECHOWYWANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW - 2 SZTUKI”

Czy zamawiający dopuszcza półki z „rusztu” wykonane ze stali powlekanej tworzywem sztucznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie półek z rusztu wykonanych ze stali powleczonej tworzywem sztucznym i nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 2

DOTYCZY: „WITRYNA CHŁODNICZA LABORATORYJNA PODBLATOWA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW W TEMP +2 DO +8 °C – 1 SZTUKA”

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 520x635x835 (szerokość x głębokość x wysokość)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 3

DOTYCZY: „ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA PONIŻEJ -10°C – 1 SZTUKA”

Czy zamawiający dopuszcza pojemność 128L?





REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 4

DOTYCZY: "ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA PONIŻEJ -10°C – 1 SZTUKA"

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 520x635x835 (szerokość x głębokość x wysokość)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 5

DOTYCZY: "ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA PONIŻEJ -10°C – 1 SZTUKA"

Czy zamawiający dopuszcza automatyczne odszranianie komory zamrażania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza automatyczne odszranianie komory zamrażania i zmienia opis przedmiotu w tym zakresie.

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

Sporządziła: Hanna Siuta



www.rckik-opole.com.pl
sekretariat@rckik-opole.com.pl