



Wrocław, 19 stycznia 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego stosowanego w chirurgii laparoskopii i endoskopii dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopii oraz Zakładu Endoskopii Zabiegowej, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.73.2021

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 5 - elektroda bipolarna do resektoskopu:

Czy ze względu na fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, oraz obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostaw dla pakietu 5 do 21 dni od złożenia zamówienia?

Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 5 - elektroda bipolarna do resektoskopu:

Prosimy o rozważenie zmiany wymagalnego minimalnego terminu przydatności dostarczonego sprzętu jednorazowego użytku w pakiecie nr 5 z 24 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 9 poz. 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 16, oprócz wymaganych ładunków, dopuści także jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 30 mm, 45 mm i 60 mm, zamykający na 1.0 mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym w rozmiarze 21mm x 26,5mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści gumkę silikonową?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ustnik z niezłożoną wstępnie gumką, do samodzielnego założenia?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści otwory w gumce co 35 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ustniki do endoskopu z otworem centralnym w rozmiarze 20mm x 27mm lub 20mm x 26mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza ustnik do endoskopu z otworem centralnym w rozmiarze 20mm x 27mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

upoważniona
KIEROWNICA
I WODZĄCEGO SZYBKO KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
...Zak. Wrocławiu.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
mgr Piotr SIBAK
Kierownik Sekcji Zamówień i...