

ZP-19-046UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 17.05.2019r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH
Nr sprawy: ZP-19-046UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w Pakiecie nr 3: poliuretanowego cewnika centralnego pięćświatłowego 10FR (światła 14G,17G,17G,19G,19G) o długości 20cm zawierającego:

- Iglę wprowadzającą 18G
- Strzykawkę
- Skalpel
- Prowadnice o śr 0,81mm
- Rozszerzadło
- Bezigtowe nasadki iniekcyjne
- Czerwony pojemnik na zużyte igły

Odp.: Zamawiający dopuszcza cewnik o średnicy 10FR z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 2 Pakiet nr 3

Czy zamawiający, dopuści do zaoferowania :

Cewnik pięćświatłowy 9 Fr o długości 20cm, bezigtowe zastawki, o przekrojach okrągłych na całej długości i charakteryzujący się wysokimi przepływami jak poniżej:

DISTAL 16G (2,11mm) / przepływ 53 ml/min, Kanał wysokociśnieniowy

PROXIMAL 16G (2,11mm) / przepływ 21 ml/min,

MIDDLE 1 18G (1,65mm)/ przepływ 21 ml/min,

MIDDLE 2 18G (1,65mm)/ przepływ 21 ml/min,

MIDDLE 3 18G (1,65mm)/ przepływ 21 ml/min,

*Cewnik skalowany widoczny w RTG, światła cewnika identyfikowane kolorem na całej długości ,

*prowadnica nitinolowa typ J 0,035" (0,89mm) x 50cm w skalowanym aplikatorze z ząbkowanym kółkiem ułatwiającym wprowadzenie,

*igła 18G (1,25mm) x 40mm,

*przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik , brak potrzeby rozłączania zestawu przy aplikacji

* hydrofilne rozszerzadło 10 Fr (3,3mmx 12cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik pięćświatłowy Arrow o średnicy 9,5F, kanałach 16/14/18/18/18Ga z prędkościami przepływu ml/min: distal 60, medial1 89, medial2 20, medial3 19, proximal 24 prowadnica nitinol 60cm, bez koreczków?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 4 Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki bez znacznika intubacji w postaci grubego oringu minimum 1cm, bez otworu Murphiego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZP-19-046UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 5 Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurki z oznaczeniem nazwy producenta na rurce, średnica rurki podana na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Pakiet nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki z oznaczeniem nazwy producenta na rurce, średnica rurki podana na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych bez lateksu, jednorazowych, polipropylenowych transparentnych, dostępnych w 7 rozmiarach, z mankietami beźciśnieniowymi nie wymagającymi dopompowywania, anatomicznie wyprofilowanych, z kodem kolorystycznym w mankiecie i wewnętrznym ożebrowaniem beźciśnieniowego mankieta w części nosowej, wpływającym na ulepszone przyleganie i szczelność, wykonanych całkowicie z materiałów medycznych wysokiej jakości nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czystych, pakowanych folia-folia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Pakiet nr 4 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 4 w pozycjach 2 i 3 (zestawy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa)?

Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis SIWZ poprzez wyłączenie poz. 1 z Pakietu nr 4.

Tworzy nowy Pakiet nr 4A „Zestawy PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii”.

W załączeniu niniejszej informacji dołączony jest skorygowany Rozdz. I, Rozdz. IV, Rozdz. IX pkt. 1, Załącznik nr 4 oraz dodany załącznik asortymentowo - cenowe nr 4A.

Pyt. 9 Projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 10 Projekt umowy

Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 11 Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 12 Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości **brutto** nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 13 Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2

W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.

ZP-19-046UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 14 Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i odp. na pyt. nr 8, Zamawiający koryguje treść SIWZ w zakresie Rozdz. I, Rozdz. IV, Rozdz. IX pkt. 1, załącznika nr 4.

Numeracja załączników do SIWZ nie ulega zmianie.

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych wg. pakietów:

Pakiet nr 1 – Dreny, Sondy Sengstakena

Pakiet nr 2 – Protezy naczyniowe

Pakiet nr 3 – Cewnik centralny 5-drożny

Pakiet nr 4 - Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa

Pakiet nr 4A - Zestawy PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii

Pakiet nr 5 – Zgłębniki do żywienia przemysłowego

Pakiet nr 6 – Maski anestetyczne

Pakiet nr 7 – Rurki intubacyjne, ustno-gardłowe

Pakiet nr 8 – Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem.

Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załączniku nr 1 - 8.

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie:

Pakiet nr 1,3,4,4A,5,6,7,8 24 miesiące
Pakiet nr 2 do 31.12.2019r.

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Pakiet nr 1	197,00
Pakiet nr 2	114,00
Pakiet nr 3	300,00
Pakiet nr 4	905,00
Pakiet nr 4A	86,00
Pakiet nr 5	770,00
Pakiet nr 6	431,00
Pakiet nr 7	1902,00
Pakiet nr 8	65,00

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

ZP-19-046UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**PAKIET NR 4 Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa**

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.								
a.	7,0mm	2							
b.	8,0mm	2							
c.	9,0mm	2							
2.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.								
a.	7,0mm	10							

ZP-19-046UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

b.	8,0mm	30							
c.	9,0mm	10							
	RAZEM								

.....
Podpis Wykonawcy

ZP-19-046UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 4A do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**PAKIET NR 4A Zestawy PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii**

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40cm ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie), trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą końcówką pokrytą Hydromerem, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, 12-centymetrową podziatką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej, płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika dla maksymalnego komfortu pacjenta, niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel, punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem, nić trakcyjna z pętlą do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika, łącznik do żywienia ENFit (CH14 zielony, CH18 czerwony), zacisk do regulacji przepływu								
a.	Rozmiar 14CH	4							
b.	Rozmiar 18CH	4							
	RAZEM								

.....
Podpis Wykonawcy