

Wrocław, dnia 08.01.2024r.

dotyczy: ZO/67 /23/AS Dostawa pasków do glukometrów wraz z glukometrami.

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu dostaw cząstkowych. W pkt IV formularza ofertowego (zał. nr 2) wykonawca jest zobligowany określić termin dostawy – maksymalnie 2 dni robocze, natomiast w warunkach umownych (zał. nr 3) w §2 ust. 1 podany jest termin dostawy- maksymalnie 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu złożenia ofert. W treści zapytania ofertowego podany jest termin złożenia ofert: 11.01.2024 r., natomiast na platformie zakupowej podany jest termin złożenia ofert 10.01.2024 r.

Odpowiedź: Termin złożenia oferty 15.01.2024 godzina bez zmian.

Zamawiający zmienił termin otwarcia ofert.

3. Czy Zamawiający dopuści glukometr, który pracuje na próbce krwi o objętości 0,6 µl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Reszta zgodna z SWZ.

4. Czy Zamawiający oczekuje możliwości dobrania krwi do wymaganej objętości bez wyjmowania paska w ciągu 3 sekund co pozwoli na wykonanie wiarygodnego oznaczenia przez glukometr?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

