



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 93/02/2023

Chrzanów, 28.02.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Przeгляд aparatury ratującej i podtrzymującej życie oraz aparatury RTG - sprawa nr 31/2023.**

- 1. pytanie nr 6. Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 1 i 5** Skoro Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, a także niezbędne do wykonania prac określonych w § 1 ust. 1 zasoby techniczne, ludzkie i ekonomiczne, a Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta, prosimy o potwierdzenie, że osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował kluczami serwisowymi potrzebnymi do kalibracji danej aparatury medycznej. Niewłaściwa kalibracja ma kluczowy wpływ w procesie diagnostycznym. Odp.: Ponieważ postępowanie obejmuje urządzenia ponad 20 producentów, których wymagania, sposób przeglądu i konserwacja są zupełnie różne: Zamawiający nie może potwierdzić, że osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta. Zamawiający nie może wymagać, aby Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował kluczami serwisowymi potrzebnymi do kalibracji danej aparatury medycznej. **Dotyczy pakietu nr 19 - aparaty RTG ZIEHM**. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie pytania.

Odp.: Zgodnie z SWZ. Urządzenia z pakietu 19 wymagają aby:

- osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta,
- Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował kluczami serwisowymi potrzebnymi do kalibracji danej aparatury medycznej.

- 2.** Dotyczy warunków wykonania zamówienia, wzór umowy par 3 ust. 5. Czy poprzez wymóg wykonania czynności serwisowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta Zamawiający ma na myśli również aktualizację oprogramowania mobilnego aparatu RTG DX-D100 objętego zakresem zadania nr 21?

Odp.: Tak.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

3. Dotyczy zapytania ofertowego cz. I przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy kontroli stanu akumulatorów aparatu RTG z zadania nr 21, a w konsekwencji ich bezpłatnej wymiany, w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia lub zużycia?

Odp.: Tak.

4. Dotyczy warunków wykonania zamówienia, wzór umowy par 3 ust. 5. Z uwagi na wymóg wykonania czynności serwisowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta, czy w zakresie zadania nr 21, zgodnie z tymi wytycznymi, Zamawiający zakłada również aby, wszystkie części eksploatacyjne były fabrycznie nowe z gwarancją producenta?

Odp.: Tak.

5. W odniesieniu do zapytania ofertowego cz. III pkt 1c wykaz osób, prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nr 21: mobilny aparat RTG DX-D100 przez „wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia np. potwierdzenie odbytych szkoleń” Zamawiający rozumie pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu przeprowadzania przeglądów oraz konserwacji wydane przez producenta urządzenia.

Odp.: Tak.

UWAGA:

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający załącza poprawione pakiety do postępowania.

Z poważaniem

z-ca DYREKTORA

lek. med. Izabela Kiełbalska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892