



Włocławek, dnia 09.07.2019r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania
pn. „ dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego
oraz dzierżawą aparatu do badań immunohistochemicznych
wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał przez okres 36 miesięcy.”
DZP/23/2019***

Numer ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 2019/S 110-267766 data przekazania: 05.06.2019r., data publikacji 10.06.2019r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2019/S 127-310540, data przekazani: 02.07.2019r., data publikacji: 04.07.2019r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4B (II- testy 2 generacji, III- testy 3 generacji) w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 2-8 oraz 10 z Pakietu 4B i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 4B, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochematograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochematograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:
 - 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
 - 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
 - 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o



udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników do oznaczania FDP metodą manualną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 7.6, pkt 6A, poz.1

6A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORÓW KOAGULOGICZNYCH (Oba analizatory muszą pracować w oparciu o takie same odczynniki).

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatorów z funkcją przebijania korków ale z możliwością wykonania analiz z próbek bez korków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznika nr 7.6, pkt 6A, poz.13

6A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORÓW KOAGULOGICZNYCH (Oba analizatory muszą pracować w oparciu o takie same odczynniki).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z możliwością wykonywania badań CITO w dowolnym czasie lecz posiadającymi dedykowane miejsca na próbki CITO, bez możliwości przeprogramowania statusu próbek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie szybkie testy diagnostyczne poz. 2-8 oraz 10-11w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 2 – 8 oraz 10 – 11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie szybkie testy diagnostyczne, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za



naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

- 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznika nr 9.2; 9.4; 9.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z tabeli kolumn: Numer porządkowy etapu, Termin nadeśnięcia materiałów kontrolnych*, Termin opracowania i przesłania wyników*?

Oferując możliwość udziału w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej nie jesteśmy stroną w tych programach. Są nią Zamawiający oraz organizator programu i dostawca materiałów.

Nie jesteśmy w stanie udzielić wiążących informacji związanych m. in. terminami. Prosimy o pozostawienie możliwości podania numeru sprawdzianu kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, której koszty poniesie oferent.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 9.2; 9.4; 9.5 do SIWZ

Pytanie nr 7:

Dotyczy Części nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Jeden raz dziennie na trzech poziomach.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Części nr 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź: Jeden raz dziennie na dwóch poziomach.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Części nr 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do innego pakietu testów służących do oznaczeń glukoza-ciała ketonowe lub wyrażenie zgody na zaoferowanie pasków testowych od różnych producentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do innego pakietu testów służących do oznaczeń glukoza-ciała ketonowe. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków testowych od różnych producentów.

Pytanie nr 10:

Dotyczy 3.2. Opis przedmiotu zamówienia pkt.6.

Prosimy o wyjaśnienie czy wymienione w Tabeli nr 2 materiały kontrolne zamawiający ma dostarczyć w liczbie 1 opakowania dla każdej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów kontrolnych w ilości pozwalającej wykonać oznaczenia kontrolne wszystkich parametrów oznaczanych z użyciem analizatorów.

Pytanie nr 11:

Dotyczy 3.2. Opis przedmiotu zamówienia pkt.6.

Czy wymóg dotyczy zarówno kontroli wieloparametrowych jak i jednoparametrowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów kontrolnych w ilości pozwalającej wykonać oznaczenia kontrolne wszystkich parametrów oznaczanych z użyciem analizatorów.

Pytanie nr 12:

Dotyczy 3.2. Opis przedmiotu zamówienia pkt.6.

Czy ww materiały mają zostać wycenione w ofercie czy stanowią jej koszt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by materiały kontrolne były wycenione.

Pytanie nr 13:

Dotyczy 3.2. Opis przedmiotu zamówienia pkt.8. i Część 4.Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne (...)

Prosimy o ujednoczenie zapisów i wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatorów i odczynników, pochodzących od tego samego dostawcy, a które produkowane są przez różnych wytwórców. Analizatory produkowane są wyłącznie dla firmy Wykonawcy produkującej odczynniki. Całość stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikiemami. Wykonawca gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli z oferowanymi analizatorami, oraz deklarację CE. W deklaracji CE dla analizatorów umieszczone są obie firmy: producent aparatów i producent odczynników.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby analizatory i odczynniki pochodziły od jednego dostawcy (Wykonawcy umowy).

Pytanie nr 14:

Dotyczy 3.2. Opis przedmiotu zamówienia pkt.9.

Prosimy o wyjaśnienie czy do podanej ilości oznaczeń rocznie należy doliczyć testy potrzebne do kalibracji zestawów odczynnikowych?

Odpowiedź: TAK. Do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy potrzebne do kalibracji zestawów odczynnikowych.



Pytanie nr 15:

Dotyczy 3.2. Opis przedmiotu zamówienia pkt.13.

Prosimy o podanie liczby osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu.

Odpowiedź: 9 osób w 3 turach.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne (...)Lp.5.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekują zaoferowania systemów fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2018/2019 r?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były nie starsze niż z 2016 r. po kompleksowym/pełnym przeglądzie serwisowym. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie parametrów wymaganych części nr 4: 4A. Parametry wymagane dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych (podstawowego i wspomagającego), LP 5 oraz załącznika nr 7.4: 4A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH (PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO), LP 4

Pytanie nr 17:

Dotyczy Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne (...)Lp.5.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, że oba zaoferowane zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne będą identyczne?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga aby oba zintegrowane systemy były identyczne. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie parametrów wymaganych części nr 4: 4A. Parametry wymagane dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych (podstawowego i wspomagającego), LP 5 oraz załącznika nr 7.4: 4A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH (PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO), LP 4

Pytanie nr 18:

Dotyczy Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne (...)Lp.5.

Prosimy o dopisanie wymogu określającego minimalną wydajność systemów zintegrowanych (min. liczba oznaczeń/godz.; liczba testów na pokładzie)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane systemy posiadały wydajność minimum 160 oznaczeń immunochemicznych na godzinę i minimum 980 oznaczeń biochemicznych z ISE na godzinę. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie parametrów wymaganych części nr 4: 4A. Parametry wymagane dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych (podstawowego i wspomagającego), LP 5 oraz załącznika nr 7.4: 4A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH (PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO), LP 4

Pytanie nr 19:

Dotyczy Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne (...)Lp.26.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który w celu optymalizacji pracy i zapewnienia najwyższej jakości wydawanych wyników sam ustala priorytety i kolejność wykonywania oznaczeń, bez możliwości programowania kolejności wykonywanych badań przez operatora.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który w celu optymalizacji pracy i zapewnienia najwyższej jakości wydawanych wyników sam ustala priorytety i kolejność wykonywania oznaczeń, bez możliwości programowania kolejności wykonywanych badań przez operatora.

Pytanie nr 20:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne (...)Lp.45.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje całkowitej eliminacji kontaminacji w trakcie dozowania np. przez zastosowanie jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego i odczynników?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory zapewniały całkowitą eliminację kontaminacji poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego i odczynników. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie parametrów wymaganych części nr 4: 4A. Parametry wymagane dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych (podstawowego i wspomagającego), LP 45 oraz załącznika nr 7.4: 4A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH (PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO), LP 45

Pytanie nr 21:

Dotyczy Część 4. Wykaz parametrów badanych (...)Lp. 17.

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonywanie oznaczenia 17-OH-Progesteronu w laboratorium zewnętrznym. Wykonawca zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników, a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert, ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań. Oznaczenia te nie są badaniami pilnymi i dyżurowym i zlecane są w niewielkich ilościach.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie oznaczenia 17-OH-Progesteronu w laboratorium zewnętrznym. Wykonawca zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników, a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert, ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Część 4. Wykaz parametrów badanych (...)Lp. 20.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu Witaminy D Total.

Pytanie nr 23:

Dotyczy 4E. Parametry oceniane (...)

Prosimy o korektę opisu tego punktu i nadanie mu brzmienia: "Parametry oceniające funkcjonalność zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych i odczynników- niezbędne do oceny oferty (...)"

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24:

Dotyczy 4E. Parametry oceniane (...) Lp. 13.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli czynności konserwacyjne codzienne, cotygodniowe, inne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania wszystkich czynności konserwacyjnych, które musi wykonywać personel użytkujący z uwzględnieniem czasu jaki jest na nie przewidziany. Całkowity czas przewidziany na te czynności będzie oceniany. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. części nr 4- 4E. Parametry oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych. Parametry oceniane dla odczynników automatycznych i automatycznych analizatorów hematologicznych niezbędne do oceny oferty pod względem jakościowym, LP 13 oraz w zakresie załącznika nt 8.4 do SIWZ LP 13.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Wymagania do przedmiotu zamówienia, pkt 4.

Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganego programu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry oznaczane na analizatorach miały zapewniony udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, a w przypadku braku takiej kontroli u dostawców programów kontrolnych Zamawiający dopuszcza udział w wewnętrznej kontroli Wykonawcy.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Załącznik nr 4 do siwz &2 pkt 9.

Prosimy o wyrażenie zgody by etykiety na opakowaniu opisane były w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Części 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą dwóch fabrycznie nowych funkcjonalnie zintegrowanych automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego) oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych przez okres 36 miesięcy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienie wierszy zawierających kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.4 do SIWZ.

Pytanie nr 28:

Dotyczy części nr 4/ 4A Lp. 1

Prosimy o doprecyzowanie iż wymóg potwierdzenia zgodności z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 ma dotyczyć oferowanych wyrobów medycznych a nie wszystkich oferowanych w postępowaniu. W jakiej formie ma być przedstawione to potwierdzenie ?

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje do Rozdziału III, pkt 3.1.I, pkt.1 „Wymagana potwierdzona zgodność oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (jeśli zaofertowany przez zamawiającego asortyment stanowi wyrób medyczny)

Pytanie nr 29:

Dotyczy części nr 4/ 4A Lp. 5

Czy Zamawiający oczekuje oferty dwóch, fabrycznie nowych zintegrowanych systemów z 2019 roku produkcji ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były nie starsze niż z 2016 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie parametrów wymaganych części nr 4: 4A. Parametry wymagane dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych (podstawowego i wspomagającego), LP 5 oraz załącznika nr 7.4: 4A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH (PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO), LP 4

Pytanie nr 30:

Dotyczy części nr 4/ 4A Lp. 36

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie zestawów odczynnikowych, według listy w Załączniku 4B. “Wykaz parametrów badanych”, dla których w ulotkach aplikacyjnych dla poszczególnych testów materiałem używanym do badań nie jest płyn z jam ciała ani płyny dializacyjne ?

W sytuacji używania do oznaczeń innych materiałów niż dopuszczone i opisane w ulotkach metodycznych wszelka ocena otrzymanych wyników należy do Wykonującego tego typu badania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31:

Dotyczy części nr 4/ 4B Lp. 83

Czy Zamawiający może wyjaśnić czy “*” w Nazwa asortymentu wraz z opisem dla glukoza w hemolizacie krwi włośniczkowej zaznacza iż należy szukać jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia ?. Nie znajdujemy takiego opisu.



Czy Zamawiający oczekuje konkretnego rozwiązania w procedurze przygotowywania zhemolizowanej próbki badanej. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia kapilar (poj. 20 μ l) typu end to end z antykoagulantem i próbek z odczynnikiem hemolizującym kompatybilnym objętością i składem z odczynnikiem oferowanym przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opis przedmiotu zamówienia w części nr 4 - 4B. Wykaz parametrów badanych oraz ilość roczna oznaczeń danego parametru dla poszczególnych analizatorów, LP 83 oraz w zakresie załącznika nr 2.4 do SIWZ, pkt A, LP 83

Pytanie nr 32:

Dotyczy części nr 4/ 4B Lp. 86-88

Czy Zamawiający może doprecyzować w jakim materiale badanym dla testów IgA, IgG i IgM będą przeprowadzane oznaczenia ?

Odpowiedź: IgA – surowica; IgG – surowica i PMR (wskaźnik Linka i Tiblinga); IgM - surowica

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opis przedmiotu w części nr 4 - 4B. Wykaz parametrów badanych oraz ilość roczna oznaczeń danego parametru dla poszczególnych analizatorów, pkt 86, 87,88 oraz w zakresie załącznika nr 2.4 do SIWZ, pkt A, LP 86, 87,88

Pytanie nr 33:

Dotyczy części nr 4/ 4E, parametry oceniane, Lp. 21

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zapisie , "liniowość CRP powyżej 460 mg/dL" nie pojawiła się pomyłka z użyciem jednostki ? Czy podana wartość liczbowa odnosi się wyniku uzyskanego przed czy po rozcieńczeniu próbki badanej?

Odpowiedź: Zamawiający przeprasza za błąd. Zamawiający oczekuje testu o szerokim zakresie, którego zakres dla próbki bez rozcieńczenia będzie wynosił co najmniej 0,3 – 350 mg/l.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 4- 4E. Parametry oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych Parametry oceniane dla odczynników automatycznych i automatycznych analizatorów hematologicznych niezbędne do oceny oferty pod względem jakościowym, LP- 21 oraz w zakresie załącznika nr 8.4 LP- 21

Pytanie nr 34:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia/ 3.2 Punkt 1.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pod hasłem "metod badawczych" wymaga podania opisu "Zasad pomiaru" w ramach opisów zawartych w ulotkach metodycznych dla oferowanych zestawów odczynnikowych ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punkt 1 opisu przedmiotu zamówienia (3.2) poprzez dodanie zdania: Zamawiający pod hasłem "metod badawczych" wymaga podania opisu "Zasad pomiaru" w ramach opisów zawartych w ulotkach metodycznych dla oferowanych zestawów odczynnikowych.

Pytanie nr 35:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia/ 3.2 Punkt 4.

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis : "wymagany tryb utylizacji pustych opakowań po ich wykorzystaniu". Wykonawca nie jest właścicielem pustych opakowań po ich wykorzystaniu, nie jest także producentem odpadów (pustych opakowań) do utylizacji. Wykonawca nie informuje więc o sposobie ?/ trybie? postępowania z odpadami..

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaznaczenia opakowań z odczynnikami w skład których wchodzi substancje uznane za niebezpieczne

Pytanie nr 36:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia/ 3.2 Punkt 8.





Czy Zamawiający zgodzi się aby 3 testy, wyszczególnione w Załączniku 4B. "Wykaz parametrów badanych" na pozycjach 94. - kwasy żółciowe w surowicy, na pozycji 101.- wolne lekkie łańcuchy kappa oraz na pozycji 102. - wolne lekkie łańcuchy lambda, pochodziły od producenta innego niż producenta analizatora i pozostałych odczynników ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby w/w testy pochodziły od innego producenta niż producenta analizatorów i pozostałych odczynników.

Pytanie nr 37:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia/ 3.2

Czy zamawiający zgodzi się na zapis jn

Czas reakcji serwisu - max. 60 min. w dni robocze od chwili zgłoszenia (- kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonane go za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 38:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia/ 3.2

Czy zamawiający zgodzi się na zapis jn

Zamawiający wymaga umożliwienia przez wykonawcę odbywania konsultacji telefonicznych z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym na wypadek poważnych awarii lub sytuacji krytycznych, gdy zagrożona jest możliwość wykonania panelu badań objętych Specyfikacją. W tym celu wykonawca udostępni numer telefonu aktywnego przez całą dobę we wszystkie dni w roku, pod którym można będzie zgłaszać problemy techniczne wymagające fachowego wsparcia. Połączenia te będą inicjowane przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osobę zastępującą. Brak realizacji tego warunku w czasie trwania umowy może być podstawą do wszczęcia przez Zamawiającego działań prawnych mających na celu jej rozwiązanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39:

Dotyczy części nr 8:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli dla pozycji nr 8 HER-2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia kontroli dla pozycji 8 HER-2.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa - wzór Par. 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa - wzór Par. 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa miała miejsce w godzinach 10:00-15:00?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa - wzór

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór Par. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: 9 osób w trzech turach



Pytanie nr 44:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: W przypadku, gdyby okazało się, że naliczenie przez Zamawiającego kary umownej było bezzasadne to w takim wypadku Zamawiający odstąpi od żądania zapłaty kary umownej. Jednakże takie uprawnienie Zamawiającego nie wymaga ukonstytuowania we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. a - b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 46:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. a - b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na niezyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 47:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Kara umowna dotycząca opóźnienia w realizacji dostaw została sprecyzowana w Par. 8 ust. 6 lit. a.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88 poprzez usunięcie lit. c) oraz modyfikację lit. a) w następujący sposób:

- a) Opóźnienia w terminach prawidłowej dostawy przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie wskazanym w par. 2 ust.3 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,6 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

Pytanie nr 48:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 49:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 50:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. e

Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 51:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa - wzór Par. 8 ust. 6 lit. f - g

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie prosimy, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 52:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. h

Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 53:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. i - j

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie prosimy, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 54:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. k

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 55:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. k

Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 56:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. l

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie prosimy, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 57:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. m

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 58:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. m

Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczana ona była od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 59:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. n - o

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie prosimy, aby naliczana ona była od wartości dostawy, lub w przypadku kar dot. aparatu od wartości sumy czynszu dzierżawnego

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 60:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 6 lit. p

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 61:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę wzoru umowy. W związku z tym do par. 8 wzoru umowy zostaje dodany ustęp 10 o następującej treści:

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie przesłanek określonych w ust. 8 bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze.



Pytanie nr 62:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 8 ust. 8 lit. i

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na "celowego wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez Wykonawcę"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy

Pytanie nr 63:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 10 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy

Pytanie nr 64:

Dotyczy Załącznika nr 4 - umowa – wzór, Par. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy zapisu:

„Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy

Pytanie nr 65:

Dotyczy załącznika nr 4B do SIWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Par. 3 ust. 4, ust.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy. Przy czym w zakresie par. 3 ust. 6- Zamawiający doprecyzowuje, iż może dojść do podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych, jednakże tylko i wyłącznie za wcześniejszą, pisemną zgodą Zamawiającego.

Pytanie nr 66:

Dotyczy załącznika nr 4B do SIWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Par. 4 ust. 1 pkt 1.12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie niniejszego zapisu: "Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego drogą elektroniczną o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem audytu."?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do par. 4 ust.1 pkt 1.12 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych następujące zdania:



Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego drogą elektroniczną o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem audytu.

Pytanie nr 67:

Dotyczy załącznika nr 4B do SIWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Par. 4 ust. 1 pkt 1.19, pkt 1.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 68:

Dotyczy załącznika nr 4B do SIWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu na "Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu mocą niniejszej umowy. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż w terminie 72 godzin w dni robocze od pierwszego spostrzeżenia."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 69:

Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego załączniki nr 2.4 tabela A i tabela B

Czy w kolumnach 3 i 4(tabela A) oraz kolumnie 3 (tabela B) zostały podane ilości oznaczeń rocznie, czy na 36 miesięcy zgodnie z okresem obowiązywania umowy?. W kolumnach ilość opakowań oraz wartość netto i wartość brutto Zamawiający wskazał 36 miesięcy.

Odpowiedź: Podane ilości oznaczeń obejmują okres 12 miesięcy.

Pytanie nr 70:

Dot.formularza asortymentowo- cenowego załączniki nr 2.5

Czy w kolumnie 3 zostały podane ilości oznaczeń rocznie, czy na 36 miesięcy zgodnie z okresem obowiązywania umowy?. W kolumnach ilość opakowań oraz wartość netto i wartość brutto Zamawiający wskazał 36 miesięcy.

Odpowiedź: Podane ilości oznaczeń obejmują okres 12 miesięcy.

Pytanie nr 71:

Dotyczy części nr 4

Czy w przypadku zwiększenia ilości badań Zamawiający wymaga aby oferowane systemy immuno - biochemiczne posiadały możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł biochemiczny lub immunochemiczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiej możliwości.

Pytanie nr 72:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt. 3

W związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym zaoferowania analizatora wspomagającego oznaczającego retikulocyty, prosimy o doprecyzowanie, ile badań CBC+DIFF+RET Zamawiający zamierza wykonać w trakcie trwania umowy.

Uzasadnienie: Ułatwi to wszystkim Wykonawcom policzenie potrzebnych do tego badania ilości odczynników.

Odpowiedź:

- a) analizator podstawowy : 176.000 CBC + DIFF w ciągu 36 m-cy
- b) analizator wspomagający : 44.000 CBC + DIFF oraz 1100 RET w ciągu 36 m-cy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 73:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt 9: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oba analizatory muszą być wyposażone w czujniki poziomu ścieków wraz z sygnalizacją dźwiękową oraz ze stosownym komunikatem informującym użytkownika o nadmiernym poziomie ścieków w zbiorniku i konieczności jego wymiany/opróżnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74:

I. Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt 10:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagany jest jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych (wymaganych przez Zamawiającego) parametrów krwi obwodowej, łącznie z parametrami retikulocytarnymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 75:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt 10:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli międzynarodowej producenta, potwierdzonej certyfikatem, która oparta jest na materiale kontroli wewnętrzzlaboratoryjnej producenta i jest dostępna on-line w czasie rzeczywistym?

Uzasadnienie: Zapewni to Zamawiającemu ocenę wobec szerokiej grupy porównawczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 76:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych –

Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt 14: Czy Zamawiający wymaga, aby różnicowanie WBC wykonywane było w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową, co da Zamawiającemu możliwość wiarygodniejszej weryfikacji próbek oraz zapewni skuteczniejsze flagowanie próbek patologicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 77:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt 16:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie wymienione i wymagane na analizatorze wspomagającym parametry m.in. RET%, RET#, IRF, RET-He, PLT- (O) mają być raportowane na wyniku i przesyłane do systemu LIS.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 78:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZ, Pkt 16:





Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagany oznaczany parametr PLT-O ma być dostępny zarówno w trybie manualnym, jak również w trybie automatycznym z podajnika.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 79:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZPkt 17: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (z pierwszej, jednej analizy bez rozcieńczania): WBC:0 - 400x10³/ul; PLT: 0 - 3.500x10³/ul jest wymagany dla każdego z oferowanych analizatorów – podstawowego i wspomagającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 80:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3 do SIWZPkt 20:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego do oznaczeń w płynach z jam ciała? Jeżeli tak, prosimy o informację z jaką częstotliwością Zamawiający zamierza wykonywać w/w kontrolę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 81:

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych – Załącznik nr 7.3

Czy Zamawiający wymaga dołączenie do oferty minimum 4 opinii użytkowników potwierdzające dokładność, precyzję i powtarzalność uzyskiwanych wyników na oferowanych modelach analizatorów, pochodzących z laboratoriów diagnostycznych zlokalizowanych w szpitalach dyżurujących / pracujących całodobowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 82:

Dotyczy SIWZ, Rozdział 3.2 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 6:

Z uwagi na to, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Trwałość mianowanych materiałów kontrolnych dla potrzeb kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, zgodna z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostarczonego Zamawiającemu lub dostępnym na stronie www.... Wykonawca zapewni stałość serii w ciągu minimum 2 miesięcy.”

Odpowiedź: „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu materiały kontrolne do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości”. Wprowadzając ten zapis Zamawiający chciał zabezpieczyć dostawę pierwszych materiałów kontrolnych do rozpoczęcia pracy analizatorów. Idąc tym tokiem rozumowania, proponowana przez Oferenta zmiana nie jest konieczna.

Pytanie nr 83:

Dotyczy SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.3 do SIWZ: Kolumna 8 – Tryb utylizacji pustych opakowań:

Prosimy Zamawiającego o szczegółowe wyjaśnienie, czego dokładnie ma dotyczyć „Tryb utylizacji pustych opakowań”. Prosimy o podanie jakiego przykładowego nazewnictwa ma użyć Wykonawca w tym zakresie, np. spalanie, jako sposób utylizacji opak.?



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania do jego wiadomości, które odczynniki zawierają substancje uznane za niebezpieczne i jakie to są substancje. Tak więc proponujemy, by użyć sformułowania „*substancja niebezpieczna*” tam, gdzie to uzasadnione.

Pytanie nr 84:

Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt 3.2, ppkt 4 lit. b. (świadcstwo akredytacji, strona 29 SIWZ):

Upzejmie prosimy o dodanie zdania: „*nie dotyczy Części nr 3*”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie Rozdział III, pkt 3.2, ppkt 4 lit. b. oraz w zakresie Rozdziału IX, pkt.9, ppkt 3.2)

Pytanie nr 85:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ: §2 ust. 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z fakturą”.

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „*Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....*”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 2 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00, zapewnionym przez siebie transportem, do punktu przyjęcia towaru: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mieszczącym się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, z dyslokacją w miejscu wyznaczonym przez pracownika WSS we Włocławku) Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

Jednocześnie Zamawiający dodaje do § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz ustęp 5a o następującej treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy.

Pytanie nr 86:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ: §2 ust. 10:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Uprzejmie prosimy o dopuszczenie dostawy wskazanych dokumentów „lub wraz z umową”.

Wykonawca motywuje swą prośbę kwestiami technicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy w zakresie par. 2 ust. 10 w następujący sposób:

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz pierwszą dostawą odczynników lub wraz z umową:
- procedurę wykonawczą opisującą sposób składania oraz max. Czas rozpatrywania reklamacji ilościowych i jakościowych wraz z numerami telefonu i faksu pod którymi można ich dokonywać
- wzór druku reklamacyjnego,
- wykaz osób (wraz z nr telefonów) odpowiedzialnych za ich rozpatrywanie.

Pytanie nr 87:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ: §4 ust. 9 oraz 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Jeżeli tak to prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 7.3 do SIWZ, Parametry graniczne dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych, L.p.34 i 37.

Odpowiedź: ponieważ jesteśmy jedynym laboratorium w promieniu > niż 20 km, które pracuje w trybie 24/7 odstąpienie od tych zapisów nie jest możliwe.

Pytanie nr 88:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ §8 ust. 6 pkt a), b), c), d), e), f), i), k), m), n), o):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następującą zmianę treści siwz w zakresie § 8 ust. 6 umowy:

W przypadku:

- opóźnienia w terminach prawidłowej dostawy przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
- gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu zaistniałych wad lub braków;
- w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania § 2 ust. 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wymaganych w tym postanowieniu informacji/dokumentów;
- w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z dostarczeniem przedmiotu dzierżawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakresie prawidłowego wykonania tych obowiązków;
- w przypadku braku zapewniania modemu serwisowego z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień takiego stanu.
- w przypadku braku poinformowania przez serwis Wykonawcy o zmianie któregośkolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail, co utrudni lub uniemożliwi natychmiastowy kontakt Zamawiającego z Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- w przypadku braku dokonywania przez serwis Wykonawcy przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.



- h) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu tego harmonogramu;
- i) w przypadku braku dostępności serwisu wykonawcy umożliwiającej zgłaszanie awarii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- j) w przypadku braku przywrócenia pojedynczego analizatora do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- k) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 4 ust. 12 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek;
- l) w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu „zastępczego” o którym mowa § 4 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- m) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku;
- n) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy lub, w szczególności wskazanych w pkt. 3.2 siwz zawierający opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek, a w przypadku obowiązków, co do których wskazano termin wykonania w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
- o) w przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto umowy.

Pytanie nr 89:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ §8 ust. 6 pkt g), h), j), k), l), m), o), p):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostającej do realizacji umowy**, nie zaś od wartości brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 90:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ§17:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma



ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 91:

Dotyczy: Cześć nr 3. Odczynniki hematologiczne niezbędne do wykonania około 220 000 oznaczeń morfologii przez okres 36 miesięcy z dzierżawą dwóch minimum 24-parametrowych parametrów analizatorów hematologicznych różnicujących populację krwinek białych (WBC) na 5 populacji (5-diff)-CBC+WBC-5-DIFF i wyposażenia dodatkowego pracowni hematologicznej.

„W celu prawidłowego wyliczenia zużycia odczynników oraz innych materiałów eksploatacyjnych, prosimy o podanie szacunkowego rozkładu procentowego oznaczeń: pomiędzy CBC, CBC-DIFF oraz retikulocytów, jakie będą wykonywane na analizatorze podstawowym i wspomagającym.”

Odpowiedź:

- a) analizator podstawowy : 176.000 CBC + DIFF w ciągu 36 m-cy
- b) analizator wspomagający : 44.000 CBC + DIFF oraz 1100 RET w ciągu 36 m-cy.

Pytanie nr 92:

Dotyczy Parametrów granicznych dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych, pkt 10 „Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów krwi obwodowej”

„Prosimy o wyrażenie zgodę na zaoferowanie osobnego materiału kontrolnego dla parametrów retikulocytarnych.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 93:

Dotyczy Parametrów granicznych dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych, Pkt 16. „Analizator wspomagający - raportowanie następujących parametrów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, NEUT#, NEUT%, LYMPH%, LYMPH#, MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO%, IG#, IG%, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT. Dodatkowo - kanał do oznaczania retikulocytów - wymagane parametry RET%, RET#, IRF, RET-He, PLT-(O).”

„Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego wspomagającego, który posiada możliwość oceny płytek zarówno tradycyjną metodą impedancyjną (PLT-I) i ich weryfikacji diagnostycznej w kanale optycznym (PLT-O).

Uzasadnienie:

Zamawiający uwzględnił w punkcie 16 formularza parametrów granicznych konieczność raportowania zarówno parametru PLT, jaki i PLT-O. Potencjalnie oferowany analizator hematologiczny posiada możliwość oceny płytek zarówno tradycyjną metodą impedancyjną (PLT-I), jak również jej weryfikacji w kanale optycznym (PLT-O) do celów badawczych.

W momencie dostępności wyników PLT z dwóch pomiarów (PLT-I oraz PLT-O) analizator wybiera jeden z nich, raportując go na wyniku. Pozwala to na wydanie prawidłowego wyniku w każdym przypadku, również w momencie występowania interferencji ze strony fragmentów krwinek czerwonych, mikrocytów, płytek olbrzymich czy agregatów płytkowych.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że parametr PLT-O jest w finalnej fazie badań klinicznych i w ciągu najbliższych kilku miesięcy zyska status parametru raportowanego.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 94:

Dotyczy Parametrów granicznych dla odczynników i automatycznych analizatorów hematologicznych, pkt 36 „Modem serwisowy z możliwością połączenia online z serwisem technicznym Wykonawcy”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatorów hematologicznych wysokiej klasy bez możliwości podłączenia online modułu serwisowego, ale z szybką reakcją serwisu na każdy kontakt ze strony Zamawiającego i użytkowników analizatorów. W okolicach Włocławka mamy co najmniej 3 inżynierów serwisowych gotowych do interwencji także z możliwością natychmiastowej komunikacji telefonicznej lub online.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 95:

Dotyczy paragrafu 8 umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości od której naliczane będą kary umowne w punkcie od 1 od ppkt. a do e – na ...% od wartości brutto dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 96:

Dotyczy paragrafu 8 umowy

Prosimy o podanie wartości od jakiej naliczane będą kary w punkcie 1 od f do n.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 97:

Dotyczy paragrafu 8 umowy

Prosimy o zmianę zapisu punktu 1 ppkt. o na 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 98:

Dotyczy paragrafu 8 umowy

Prosimy o zmianę zapisu punktu 1 ppkt. p na 15% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie par. 8 ust.6 zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 88

Pytanie nr 99:

Dotyczy: Wykazu 4B parametrów badanych, poz.53

„Czy Zamawiający dopuści Prokalcytoninę skorelowaną (równoważną) z metodą Brahmsa”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100:

Dotyczy:Wykazu 4B parametrów badanych, poz.17

Prosimy wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłkowego wpisania w wykazie parametrów badanych 17-OH-Progesteronu zamiast Progesteronu.

W przypadku potwierdzenia wymogu zaoferowania oznaczania 17-OH-PRG prosimy o wyrażenie zgody na zlecenie wykonani badania na zewnątrz. Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników, a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert, ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 101:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy: Wykazu 4B parametrów badanych, poz.92
„ Czy Zamawiający dopuści Kreatyninę wykonywaną metodą enzymatyczną, która jest zgodna z IFCC, wykazuje większą stabilność (kalibracja stabilna przez 12 tygodni) i większą swoistość oznaczenia”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102:

Dotyczy: Wykazu 4B parametrów badanych

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowego analizatora, poza zintegrowanym systemem biochemiczno-immunochemicznym do oznaczania m.in. HBsAg -testu potwierdzenia, IgE oraz badań TORCH.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 103:

Dotyczy Parametrów ocenianych zintegrowanych systemów – 4E, poz. 13

„ Czy Zamawiający ma na myśli codzienne czynności konserwacyjne wykonywane przez pracowników laboratorium.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. części nr 4- 4E. Parametry oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych. Parametry oceniane dla odczynników automatycznych i automatycznych analizatorów hematologicznych niezbędne do oceny oferty pod względem jakościowym LP-13, oraz w zakresie załącznika nt 8.4 do SIWZ LP- 13.

Pytanie nr 104:

Dotyczy Pozostałych wymagań, pkt. 57

W związku z brakiem na rynku materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla parametru amylaza trzustkowa w moczu, czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu. W większości ofert kontrola parametrów biochemicznych w moczu dotyczy jedynie amylazy całkowitej”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia- 4A. Parametry wymagane dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych (podstawowego i wspomagającego) oraz w zakresie załącznika nr 7.4 do SIWZ, LP- 57.

Pytanie nr 105:

Dotyczy Parametrów Wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych

Prosimy o potwierdzenie pkt. 4 w Parametrach Wymaganych części 4 (4A)

„ Analizatory i odczynniki muszą pochodzić od tego samego dostawcy.”

Odpowiedź: Tak, przy czym jako dostawcę Zamawiający rozumie przyszłego Wykonawcę umowy.

Pytanie nr 106:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający poprzez „procedurę” uzna za spełnione przedłożenie instrukcji obsługi analizatora opasującą jak postępować na wypadek awarii systemu informatycznego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 107:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający poprzez „procedurę” uzna za spełnione przedłożenie instrukcji obsługi stacji wody opasującą jak postępować na wypadek awarii?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 108:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający poprzez „tryb” ma na myśli sposób postępowania z opakowaniami po zużyciu produktu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wymienienia odczynników w skład których wchodzi substancje uznane za niebezpieczne.

Pytanie nr 109:

Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający uzna za spełnienie przedłożenia instrukcji obsługi analizatora odpisującej czynności konserwacyjne, do których zobowiązany jest użytkownik analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu czynności konserwacyjnych do wykonywania których zobowiązany jest personel laboratorium.

Pytanie nr 110:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Formularzu asortymentowo-cenowym w części III czynsz dzierżawy, zamiast „Nr seryjnego analizatora” podać „nr katalogowy analizatora”? Oferent w momencie składania oferty może jeszcze nie znać wymaganego nr seryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby w Formularzu asortymentowo-cenowym w części III czynsz dzierżawy, zamiast „Nr seryjnego analizatora” podać „nr katalogowy analizatora”

Pytanie nr 111:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 118 formularza asortymentowo cenowego, część III Czynsz dzierżawny wyrażą zgodę, aby zamiast podania ceny jednostkowej netto i cenę jednostkową brutto podać wartość netto i wartość brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 112:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności oferowanych produktów wynosił 4 m-ce dla wyrobów immunochemicznych i 5 m-cy dla wyrobów biochemicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 113:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 114:

Dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy dzierżawionego sprzętu wynosił 30 roboczych od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 115:

Dotyczy par. 8 ust. 6 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: W przypadku:

- opóźnienia w terminach prawidłowej dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia;
- gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w



- wysokości 0,5 % wartości danej partii reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia w usunięciu zaistniałych wad lub braków;
- c) w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto danej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - e) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z dostarczeniem przedmiotu dzierżawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakresie prawidłowego wykonania tych obowiązków;
 - f) w przypadku braku zapewniania modemu serwisowego z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy rozpoczęty dzień takiego stanu.
 - h) w przypadku braku dokonywania przez serwis Wykonawcy przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy tego typu przypadek.
 - i) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu tego harmonogramu;
 - j) w przypadku braku dostępności serwisu wykonawcy umożliwiającej zgłaszanie awarii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy tego typu przypadek.
 - k) w przypadku braku przywrócenia pojedynczego analizatora do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - l) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 4 ust. 12 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy tego typu przypadek;
 - m) w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu „zastępczego” o którym mowa § 4 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto wysokości dzierżawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następującą zmianę treści siwz w zakresie § 8 ust. 6 umowy:

W przypadku:

- a) opóźnienia w terminach prawidłowej dostawy przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
- b) gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu zaistniałych wad lub braków;
- c) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania § 2 ust. 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wymaganych w tym postanowieniu informacji/dokumentów;
- d) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z dostarczeniem przedmiotu dzierżawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakresie prawidłowego wykonania tych obowiązków;
- e) w przypadku braku zapewniania modemu serwisowego z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień takiego stanu.



- f) w przypadku braku poinformowania przez serwis Wykonawcy o zmianie któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail, co utrudni lub uniemożliwi natychmiastowy kontakt Zamawiającego z Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- g) w przypadku braku dokonywania przez serwis Wykonawcy przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- h) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu tego harmonogramu;
- i) w przypadku braku dostępności serwisu wykonawcy umożliwiającej zgłaszanie awarii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- j) w przypadku braku przywrócenia pojedynczego analizatora do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- k) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 4 ust. 12 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek;
- l) w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu „zastępczego” o którym mowa § 4 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- m) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku;
- n) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy lub, w szczególności wskazanych w pkt. 3.2 siwz zawierający opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek, a w przypadku obowiązków, co do których wskazano termin wykonania w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
- o) w przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto umowy.

Pytanie nr 116:

Dotyczy par. 8 ust. 6 wzoru umowy, pkt. g), n), o): Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu ze wzoru umowy:

- g) „w przypadku braku poinformowania przez serwis Wykonawcy o zmianie któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail, co utrudni lub uniemożliwi natychmiastowy kontakt Zamawiającego z Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto za każdy tego typu przypadek”.
- n) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku;
- o) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy lub, w szczególności wskazanych w pkt. 3.2 siwz zawierający opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,75 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek, a w przypadku obowiązków, co do których wskazano termin wykonania w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na wykreślenie przedmiotowych postanowień wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje następującą zmianę treści siwz w zakresie § 8 ust. 6 umowy:

W przypadku:

- a) opóźnienia w terminach prawidłowej dostawy przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
- b) gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu zaistniałych wad lub braków;
- c) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania § 2 ust. 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wymaganych w tym postanowieniu informacji/dokumentów;
- d) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z dostarczeniem przedmiotu dzierżawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakresie prawidłowego wykonania tych obowiązków;
- e) w przypadku braku zapewniania modemu serwisowego z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień takiego stanu.
- f) w przypadku braku poinformowania przez serwis Wykonawcy o zmianie któregośkolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail, co utrudni lub uniemożliwi natychmiastowy kontakt Zamawiającego z Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- g) w przypadku braku dokonywania przez serwis Wykonawcy przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- h) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu tego harmonogramu;
- i) w przypadku braku dostępności serwisu wykonawcy umożliwiającej zgłaszanie awarii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.
- j) w przypadku braku przywrócenia pojedynczego analizatora do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- k) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 4 ust. 12 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek;
- l) w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu „zastępczego” o którym mowa § 4 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- m) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku;
- n) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy lub, w szczególności wskazanych w pkt. 3.2 siwz zawierający opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek, a w przypadku obowiązków, co do których wskazano termin wykonania w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.



- o) w przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto umowy.

Pytanie nr 117:

Dotyczy projektu umowy par. 2 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 2 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00, zapewnionym przez siebie transportem, do punktu przyjęcia towaru: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mieszczącym się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, z dyslokacją w miejscu wyznaczonym przez pracownika WSS we Włocławku) Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

Jednocześnie Zamawiający dodaje do § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do siwz ustęp 5a o następującej treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy.

Pytanie nr 118:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników/wyrobów, dla których oferent jest wytwórcą, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, a czynności związane z projektowaniem lub wytwarzaniem nie wykonuje samodzielnie, lecz zleca je innym podmiotom?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 119:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników/wyrobów producentów innych niż Oferent, dla których to producent wykonał ocenę zgodności na oferowane analizatory, i które zgodnie z instrukcją użytkowania są przeznaczone do stosowania na oferowanych analizatorach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 120:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby linie serwisowe/kontakt telefoniczny były dostępne 6 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 pod którym można będzie zgłaszać problemy techniczne wymagające fachowego wsparcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 121:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy SIWZ, pkt. 3.2. opisu przedmiotu zamówienia, ppkt. 18 oraz formularza asortymentowo cenowego:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny w formularzu asortymentowo-cenowym z „nazwami na fakturze”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 122:

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu odnoszącego się do wymogu dostarczenia certyfikatu diagnostyki pacjenta CE i IVD wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, albowiem jest to niezgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Uzasadnienie:Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymagana jest następująca dokumentacja: 1) deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy IVD wystawiona przez wytwórcę dla wszystkich wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 2) certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną dotyczący zatwierdzenia systemu zapewnienia jakości przez wytwórcę dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z załącznika 2 oraz 3) certyfikat badania projektu wydany przez jednostkę notyfikowaną dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z załącznika 2 listy A. Obecny wymóg SIWZ jest nieprecyzyjny i powoduje, iż może dojść do złożenia nieprawidłowej dokumentacji, co może skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu diagnostyki pacjenta CE i IVD wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w zakresie części nr 8.

Pytanie nr 123:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z drzwiami pełnymi czy przeszklonymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 124:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +2C do+12C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 125:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami pełnymi? Takie rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym z racji większej stabilności przechowywanego materiału wewnątrz w odróżnieniu do ażurowych półek pokrytych plastikiem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 126:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w filtr RFI (przeciwzakłóceniuowy) – dzięki niemu chłodziarka może być używana nawet na OIOM-ie – nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 127:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z wyświetlaczem LCD i menu sterownika w języku polskim? Takie rozwiązanie ułatwia codzienną pracę z urządzeniem, ułatwia określenie statusu serwisowego w przypadku awarii i odczytów tekstowych informacji o stanach alarmowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 128:



KUJAWY
POMORZE



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, Część 4. oraz Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wysyłanie i wykonywanie badań ACTH, wolne lekkie łańcuchy kappa, wolne lekkie łańcuchy lambda w innym laboratorium? Zgoda na ten tryb umożliwi większą konkurencyjność ofert, gdy Wykonawcy nie posiadają tego badania w swojej ofercie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 129:

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, Część 4.

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie badań IgE / II jako badanie biochemiczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 130:

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, Część 4. Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń amylazy trzustkowej wyłącznie w surowicy i osoczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131:

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, Część 4.

Czy Zamawiający dopuści, aby Odczynnik do oznaczeń Lipazy i glukozy w hemolizacie krwi włośniczkowej pochodził od innego producenta niż producent analizatorów i odczynników. Badanie to będzie zaadoptowane na wolny (otwarty) kanał w oferowanych analizatorach.

Odpowiedź: TAK . Zamawiający dopuszcza, aby odczynnik do oznaczeń lipazy i glukozy w hemolizacie krwi włośniczkowej pochodził od innego producenta niż producent analizatorów i odczynników. Zamawiający wymaga aby badanie to było zaadoptowane na wolny (otwarty) kanał w oferowanych analizatorach w trakcie instalacji i konfiguracji analizatorów.

Pytanie nr 132:

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego, Część 4.

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie glukozy w hemolizacie krwi włośniczkowej bez wskazań w metodyce oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia kapilar (poj. 20 µl) typu end to end z antykoagulantem i probówek z odczynnikiem hemolizującym kompatybilnym objętością i składem z odczynnikiem oferowanym przez Oferenta.

Pytanie nr 133:

Dotyczy Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych.

Zamawiający wymaga aby zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne były fabrycznie nowe. Czy Zamawiający wymaga, aby były wyprodukowane w 2019 roku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były nie starsze niż z 2016 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym.

Pytanie nr 134:

Dotyczy Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych.

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr 27. Jeśli oferowane systemy posiadają automatyczne konserwacje codzienne, natomiast konserwacje tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne wymagają prostych czynności manualnych?



Odpowiedź: TAK, jeżeli zostanie to przedstawione w formie *kalendarza czynności konserwacyjnych*.

Pytanie nr 135:

Dotyczy Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych.

Czy Zamawiający w pozycji 49. dopuści czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godz. robocze od chwili zgłoszenia przez 6 dni w tygodniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 136:

Dotyczy Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych.

Prosimy o informację jaka firma dostarcza LIS?

Odpowiedź: ASSECO

Pytanie nr 137:

Dotyczy „Parametry oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych, pkt. 21”.

Czy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę pkt. jeśli Liniowość CRP będzie równa bądź wyższa 460 mg/l?

Odpowiedź: Zamawiający przeprasza za błąd. Zamawiający oczekuje testu o szerokim zakresie, którego zakres dla próbki bez rozcieńczenia będzie wynosił co najmniej 0,3 – 350 mg/l.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. części nr 4- 4E. Parametry oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych Parametry oceniane dla odczynników automatycznych i automatycznych analizatorów hematologicznych niezbędne do oceny oferty pod względem jakościowym, pkt (l.p) 21 oraz w zakresie załącznika nr 8.4 pkt (l.p.)21

Pytanie nr 138:

Dotyczy Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę parametru „Czas (min.) przewidziany przez Producenta urządzeń na czynności konserwacyjne.” na „Czas (min.) przewidziany przez Producenta urządzeń na czynności konserwacyjne. Całkowity czas w ujęciu rocznym.”. Takie sformułowanie pozwoli porównać faktyczne czasy prac konserwacyjnych w oferowanych systemach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 129:

Dotyczy Formularza parametrów wymaganych dla funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych.

Czy Zamawiający w punkcie 17. przyzna równą liczbę punktów dla materiału wieloparametrowego pochodzącego od niezależnego dostawcy?

Odpowiedź: TAK. Dotyczy to pkt. 17 parametrów ocenianych.

Pytanie nr 140:

Dotyczy parametrów oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych:

Czy Zamawiający w ramach uzyskanych odpowiedzi przyzna punkty proporcjonalnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Pytanie nr 141:

Czy dla parametru HBsAg/II, HBsAg test potwierdzenia, anty-HBs/II, anty-HBc całk./II, anty-HCV/II, HIV Ag/Ab, anty-CMV IgG, anty-CMV IgM, anty-CMV IgG awidność II, anty-Toxo IgG II, anty-Toxo IgM, anty-Toxo IgG awidność zamawiający dopuści zaproponowanie dedykowanej kontroli producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 142:

Zamawiający wskazał, że w ramach parametrów ocenianych przyzna punkty za zaoferowanie testów TSH, FT3, FT4, a-TG, A-TPO, dla których producent odczynników opracował wartości referencyjne dla noworodków, dzieci oraz kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach. Wartości referencyjne mogą zostać opracowane przez producenta lub podmioty współpracujące z producentem odczynników, gwarantując Zamawiającemu bezpieczną diagnostykę noworodków, dzieci i kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach ciąży. Wnosimy zatem o zmianę poprzez wykreślenie z niego sformułowania „przez producenta odczynników” i przyznanie punktów tym oferentom, którzy dla testów TSH, FT3, FT4, a-TG, A-TPO zapewniają wartości referencyjne dla noworodków, dzieci oraz kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach, niezależnie od tego, przez jaki podmiot wartości te zostały opracowane.

Odpowiedź: NIE. Sformułowanie „przez producenta odczynników” rozumiane jest przez Zamawiającego jako odpowiedzialność Producenta za prezentowane wartości referencyjne nawet wówczas, gdy zostały one wyznaczone przez Podmiot współpracujący. W takim rozumieniu zapisu jako – odpowiedzialności za publikowaną informację - zmiana ta jest według Zamawiającego zbędna.

Pytanie nr 143:

Dotyczy załącznika nr 2.7

pp. a) - rozdział białek surowicy krwi

Czy wobec konfekcjonowania odczynników w zestawach stanowiących niepodzielną całość, oraz przy konieczności zaoferowania Państwu wyłącznie opakowań umożliwiających wykonanie minimum 25 próbek na żelu (tj. nie mniej niż 250 oznaczeń z 1 opakowania) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnych opakowań, a tym samym zaokrąglenie liczby oznaczeń do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pełnych opakowań, a tym samym zaokrąglenie liczby oznaczeń do pełnych opakowań.

Pytanie nr 144:

Dotyczy załącznika nr 2.7, detekcja białek monoklonalnych surowicy i moczu

Prosimy o odpowiedź: jaka wielkość żelu do detekcji białek monoklonalnych surowicy jest oczekiwana? Czy z możliwością wykonania 1 oznaczenia na 1 żelu, czy z możliwością równoległego wykonania większej ilości badań?

Opakowanie handlowe (zestaw) stanowiące niepodzielną całość, umożliwia wykonanie 10 (10 żeli x 1 badanie) lub 20 badań (10 żeli x 2 badania).

Odpowiedź: Opakowanie umożliwiające wykonanie 20 badań (10 żeli x 2 badania).

Pytanie nr 145:

Dotyczy załącznika nr 2.7, detekcja białek monoklonalnych surowicy i moczu

Czy w wypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej ilości oznaczeń – z zaokrągleniem do najmniejszej liczby pełnych, spełniających oczekiwania Zamawiającego opakowań - oferta zostanie uznana jako spełniająca wymagania SIWZ?

Odpowiedź: – TAK. Zostanie uznana.

Pytanie nr 146:

Dotyczy załącznika nr 2.7, formularz warunki graniczne- p. 18, analizator



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Prosimy o sprecyzowanie – Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS (IM) Zamawiającego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem).

W sytuacji, gdy na pokładzie zaofertowanego analizatora podstawowego wykonywane byłyby wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania badania i odczytu żelu – czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaofertowania analizatora wspomagającego ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zaofertowania analizatora wspomagającego, gdy na pokładzie zaofertowanego analizatora podstawowego wykonywane będą wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania badania i odczytu żelu.

Pytanie nr 147:

Prosimy o precyzyjne określenie (nazwa, kontakt) dostawcy usług informatycznych dla Laboratorium , u którego na oferowanym analizatorze ma zostać na koszt Wykonawcy zamówiona i uruchomiona komunikacja dwustronna.

Odpowiedź: ASSECO

Pytanie nr 148:

Prosimy o potwierdzenie, że w łączności dwukierunkowej mają być przekazywane takie parametry jak: stężenie białka całkowitego (z systemu do analizatora), wykresy - proteinogram ,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w łączności dwukierunkowej mają być przekazywane takie parametry jak: stężenie białka całkowitego (z systemu do analizatora), wykresy - proteinogram

Pytanie nr 149:

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do archiwalnej bazy danych pacjentów w oprogramowaniu oferowanego analizatora (jako oprogramowanie identyczne z dotychczas użytkowanym lub z przygotowanym przez Wykonawcę programem spajającym archiwalne dane z oferowanym programem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 150:

Dotyczy Zał. nr 3 WARUNKI GRANICZNE) DLA SYSTEMU DO PRZEPROWADZANIA ELEKTROFOREZY NA ŻELU AGAROWYM p. 11 - Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne – średnia, odchylenie standardowe, CV (oferent dostarczał będzie sukcesywnie wraz z odczynnikami surowice kontrolne N i P – **kontrola na 2 poziomach do każdego rozdziału**).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wykonywał badania kontrolne na 2 poziomach do każdego badania czy do każdego żelu – tzn. serii minimum 25 badań ?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywał badania kontrolne na 2 poziomach do żelu – tzn. serii minimum 25 badań.

Pytanie nr 151:

Dotyczy Zał. nr 3 WARUNKI GRANICZNE) DLA SYSTEMU DO PRZEPROWADZANIA ELEKTROFOREZY NA ŻELU AGAROWYM p. 11 - Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne – średnia, odchylenie standardowe, CV (oferent dostarczał będzie sukcesywnie wraz z odczynnikami surowice kontrolne N i P – **kontrola na 2 poziomach do każdego rozdziału**).

Czy w ilości planowanych badań zostały wliczone kontrole czy należy ilość kalkulowanych badań / zestawów powiększyć o ilości dodatkowych ścieżek na żelach przeznaczonych na kontrole ?

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił kontrole.

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

mgr inż. Karolina Welka



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00