

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie kompletu dolnych osłon radiologicznych do stołu Magnus 1180

Wymagane parametry i funkcje	
L.p	Wymagany parametr
WYMAGANIA OGÓLNE	
1	Osłona na dolne partie ciała posiadająca możliwość montażu do szyny euro po jednej ze stołu zabiegowego/ operacyjnego
2	Osłona wykonana z materiału PVC pozwalającego na łatwe czyszczenie i dezynfekcje
3	Szerokość osłony nie mniej niż 880mm
4	Wysokość głównej sekcji minimalnie 680 mm
5	Górny panel osłony o wymiarach nie mniejszych niż 510 mm x 420 mm
6	Panel górny wyposażony w możliwość składania
7	Osłona pozwalająca na bezkolizyjną pracę z ramieniem typu C
8	Waga osłony nie większa niż 11 kg
9	Możliwość rozkładania osłony, w celu przechowywania, na co najmniej 3 elementy składające się z paneli ochronnych
10	Ochronność osłony na poziomie minimum 0,5mm Pb
11	Osłona wyposażona w przeguby umożliwiające dostosowanie jej do kształtu stołu.