



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

Dotyczy: postępowania nr 332/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa lamp operacyjnych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 1 i 2):

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 2 do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2 (dotyczy części nr 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę dwuczaszową o następujących parametrach:

- Bezcieniowa lampa do montażu sufitowego
- Średnica czaszy 53 cm (58 cm wraz z relingiem)
- Waga głowicy lampy 9kg
- Maksymalne natężenie światła 130 000 lx w każdej z lamp
- Natężenie światła regulowane w zakresie od 1,25% do 100%
- Temperatura barwowa 3800 K – 4400K – 5000K (regulowana)
- Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra
- Napięcie wejściowe 100 - 240 V /24 V
- Napięcie robocze 24V DC
- Moc głowicy lampy 60VA + 60VA
- Częstotliwość 50 - 60 Hz,
- Trwałość diod Led 60 000 h
- Dystans operacyjny 70 - 140 cm

- Średnica pola świetlnego 16 - 28 cm
- Zmienna ogniskowa

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuści.

Pytanie nr 3 (dotyczy części nr 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę dwuczaszową o następujących parametrach:

- Bezcieniowa lampa do montażu sufitowego
- Średnica czaszy 53 cm (58 cm wraz z relingiem)
- Waga głowicy lampy 9kg
- Maksymalne natężenie światła 130 000 lx w każdej z lamp
- Natężenie światła regulowane w zakresie od 1,25% do 100%
- Temperatura barwowa 3800 K – 4400K – 5000K (regulowana)
- Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra
- Napięcie wejściowe 100 - 240 V /24 V
- Napięcie robocze 24V DC
- Moc głowicy lampy 60VA + 60VA
- Częstotliwość 50 - 60 Hz,
- Trwałość diod Led 60 000 h
- Dystans operacyjny 70 - 140 cm
- Średnica pola świetlnego 16 - 28 cm
- Zmienna ogniskowa

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuści.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 12.09.2022 r. (dotyczy części nr 1 i 2):

Czy w miejscu montażu lamp doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy ? Jeśli nie to czy Wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewody niezbędne do podłączenia lamp są już zainstalowane.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

30.9
Dorota Borkowska

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dział Zamówień Publicznych
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 309, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 34 72
fax +48 89 523 32 78 www.uwm.edu.pl/dzp