

Sosnowiec, dnia 02.07.2024r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na:

**„Dostawa substancji recepturowych, pasków do glukometrów.”**

Nr postępowania: (PZ/14/2024)

Platforma zakupowa: ID 939009

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

SWZ

### Pytanie nr 1

Zamawiający określa w Pakiecie nr 2 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy i ciał ketonowych. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych do pomiaru glukozy innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujących się następującymi parametrami: zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5 ul, wyrzutnik zużytego paska testowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający jest w posiadaniu znacznej ilości glukometrów podtrzymany zostaje wymóg kompatybilności z posiadami aparatami, w takim przypadku podanie nazwy własnej glukometru jest zasadne.**

DYREKTOR  
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych  
PROKURANT  
  
Dorota Surma-Kuś