



**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Odpowiedzi na zapytania nr 4**

Dotyczy: postępowania nr **PWSW-DZP/382/I/09/21** „Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia medycznego dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

W podziale na trzy zadania częściowe:

*Zadanie częściowe nr 1 -Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych*

*Zadanie częściowe nr 2 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego*

*Zadanie częściowe nr 3 - Zakup wraz z dostawą тренаżerów, modeli i symulatorów medycznych*

Na podstawie art. 284 ust. 6 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania zgłoszonego do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego .

**Dotyczy zadania częściowego nr 1 -Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych.**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu częściowym nr 1 w poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) dopuści pompę zasilaną jedną baterią AA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pompę zasilaną jedną baterią AA

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający w zadaniu częściowym nr 1 w poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) dopuści zestaw z jednym bębenkiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z jednym bębenkiem

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) z zadania częściowego nr 1 do osobnego zadania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) z zadania częściowego nr 1 do osobnego zadania.

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. a/a

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl  
tel. (+48) 16 735 51 00, faks (+48) 16 735 51 01  
rektorat@pws.pl  
[www.pws.pl](http://www.pws.pl)

Z up. REKTORA  
*dr Robert Oliwa*  
Prorektor właściwy ds. studenckich