

COZL/DZP/AK/3413/Z-115/2021

Lublin dnia 30.08.2021 r.

**„Dostawa wymazówek do nosogardzieli do badań w kierunku materiału genetycznego SARS-CoV-2”**

**Pytanie 1:**

Dotyczy Zestaw wymazówek do nosogardzieli do badań w kierunku materiału genetycznego SARS-CoV-2. Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie wymazówek, które pakowane są po 20 zestawów w opakowaniu. Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmiany należy uwzględnić w Kosztorysie ofertowym. Każda wymazówka powinna być zapakowana oddzielnie.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw do pobierania i transportowania próbki posiadał bezpieczny woreczek strunowy z oznaczeniem BIOHAZARD wraz z polem do opisu próbki danymi badania, pacjenta do dalszego transportu materiału pobranego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia ofertowego. Woreczek strunowy nie jest koniecznością.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do pobierania i transportowania próbki z buforem w probówce zawierającym inaktywatory wirusów (o następującym składzie: bufor Tris-HCl, EDTA, NaCl, sól guanidyny) czy z buforem nie zawierającym substancji inaktywujących wirusy (o następującym składzie: zbilansowane sole Hanks'a, albumina z surowicy bydlęcej, żelatyna, glukoza, bufor HEPES, penicylina-streptomycyna, amfoterycyna B, czerwień fenolowa)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia ofertowego, tzn. kompatybilny z systemem Cepheid Genexpert**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Dariusz Ciwiński*

INSPEKTOR  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli

*mgr Anna Kwiatkowska*

**Anna Kwiatkowska**