

TAM-568/1-PN/77-2019

Rybnik, dnia 16.08.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji inwestycji:

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji procedur onkologicznych
w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”

(zamówienie nr TAM-568-PN/77-2019)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 31.07.2019 r., nr 2019/S 146-359220

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści długość fotela z leżem 2150 mm?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 2: „Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści całkowitą szerokość 960 mm?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 3: „Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wysokość siedziska regulowaną w zakresie od 535 mm do 855 mm?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 4: „Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści maksymalne dopuszczalne obciążenie fotel 200 kg?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 5: „Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści koła nie antystatyczne?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 6: „Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści fotel posiadający leże 3-segmentowe, w którym każdy segment (oparcia pleców, siedziska, podudzia) jest pokryty pianką obitą tapicerką; segmenty nie odejmowane; tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału odpornego na dezynfekcję o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwgrzybiczych?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 7: „Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści fotel posiadający segment pleców posiadający wyprofilowane wypiętrzenie lędźwiowe w celu zapewnienia większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjenta, obrzeża segmentu pleców skierowane do wewnątrz?”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 8: „Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podłokietniki tapicerowane, bez konieczności odejmowania, profilowane, z regulacją kąta nachylenia za pomocą sprężyn gazowych oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela w celu łatwego wsiadania pacjenta na fotel; podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców, przy każdym podłokietniku uchwyt na pilot?”

Odpowiedź 8: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 9: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego długość leża wynosi 1710mm?”

Odpowiedź 9: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 10: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego szerokość całkowita wynosi 974mm?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 11: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 220kg?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 12: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego system jezdny składa się z 4 kół o średnicy 75mm, blokowanych indywidualnie?”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 13: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment podudzi regulowany jest w zakresie 0-40°?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 14: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego leże pokryte jest materacem 2 elementowym? Osobno tapicerowany jest segment oparcia pleców i osobno segment siedziska i nożny? Tzn. siedzisko i oparcie nóg pokryte są jednolitym obiciem tapicerskim, bez przerwy pomiędzy segmentami. Segment nóg montowany na stałe – bez możliwości demontażu.

Jak na zdjęciu poniżej:



”

Odpowiedź 14: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 15: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego oparcie pleców nie jest poszerzane w części barkowej?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 16: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment nóg nie posiada dodatkowego oparcia stóp?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 17: „Dotyczy pakietu. 1. Fotel do chemioterapii – 4szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, wyposażony w:

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



- podłokietniki tapicerowane, szerokie 20cm, wygodne, zintegrowane z oparciem pleców, stale utrzymując się w poziomie, posiadają regulację odchylenia o 180° w poziomie, oraz możliwość całkowitego odchylenia do góry, w celu ułatwienia zajęcia miejsca pacjentowi?

Dodatkowo podłokietniki zaopatrzone w uchwyty na pilota.



”**Odpowiedź 17:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 18: „Czy Zamawiający dopuści długość fotela o wymiarze 2450 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.”

Odpowiedź 18: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Pytanie 19: „Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr - tj. wysokość regulowana elektrycznie o parametrach 600-800 mm?”

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie fotela wynoszące 180 kg? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.”

Odpowiedź 20: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 21: „Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia oparcia pleców, wynoszącą 0-70 stopni? Parametr ten bardzo nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.”

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 22: „Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia segmentu podudzia w zakresie 0-40 stopni? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuści materac bez możliwości odejmowania?”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 24: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu obrzeża segmentu pleców skierowanego do wewnątrz?”

Odpowiedź 24: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu regulowanego wysuwu segmentu stóp i dopuści oparcie stóp z regulacją wysokości wynoszącą 0-16 cm?”

Odpowiedź 25: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 26: „Czy Zamawiający w rozumieniu opisu podłokietników, dopuści fotel wyposażony w dwa podłokietniki wyłożone pianką viscoelastyczną, wyposażone w mechanizm autopozjomujący (utrzymują cały czas pozycję równoległą względem podłogi) rozchylane boki i zdejmowane bez użycia narzędzi?”

Odpowiedź 26: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



UWAGA:

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.2 stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 02.09.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji - po modyfikacji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272