

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 21 czerwca 2021 roku

L.dz.SZP/ZP/4480/2021

Wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: Zapytania Ofertowego na dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego (postępowanie nr 7/2021)**

W związku z wpływaniem od Wykonawcy pytań, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pyt. 1**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności całkowitej 63L?

Odp. Tak.

**Pyt. 2**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności użytkowej 55L?

Tak.

**Pyt. 3**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z komorą o szerokości 300mm?

Odp. Nie.

**Pyt. 4**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odp. Tak.

**Pyt. 5**

Czy zamawiający dopuści urządzenie ze zdolnością sterylizacji przewodów kanałowych tworzywowych średnica 1mm × długość 1500mm?

Odp. Nie.

**Pyt. 6**

Czy zamawiający odstąpi od wymaganego parametru: Zdolność sterylizacji przewodów kanałowych wykonanych ze stali 0.7mm × długość 600mm.

Odp. Nie.

**Pyt. 7**

Czy zamawiający dopuści urządzenie korzystające ze środka bazującego na 50% nadtlenu wodoru?

Odp. Nie.

**Pyt. 8**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z parametrem temperatury cyklu sterylizacji 53°C - 55°C?

Odp. Nie.

**Pyt. 9**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z gniazdem na kartę sd i możliwością zapisywania danych na przenośnym nośniku karta sd?

Odp. Nie.

**Pyt. 10**

Czy zamawiający dopuści urządzenie, gdzie automatyczne otwieranie drzwi następuje po naciśnięciu ikony na wyświetlaczu dotykowym?

Odp. Tak.

DYREKTOR  
*Bogumił Kurowski*