

Dreźnie, dnia 14 listopada 2024 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu endoskopowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/20/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 1,8 mm i 2,4 mm, kleszczyki 1,8 mm bez igły.

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanych zmian.

Pytanie 2

poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6/6 mm, długość części czyszczącej 20 mm/125 mm.

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanych zmian.

Pytanie 3

poz.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20, 25 i 32 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odp. do pytania 3

Nie wprowadza się proponowanych zmian.

Pytanie 4

poz.6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarciu 32 mm i długości oczka 62 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odp. do pytania 4

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 6 na pętlę o długości narzędzia 240cm, z siatką która po otwarciu ma 32mm, długości oczka 62mm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 5

poz.1

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane osłonką hydrofilną PTFE bez markerów sygnalizujących, średnica osłonki 2.3mm, maksymalne rozwarście szczęk 6,5mm, długość szczęk 3.4mm, objętość łyżeczek 1,628mm³. Kodowanie kolorystyczne rękojeści i osłonki w zależności od miejsca przeznaczenia narzędzia. Kleszcze do gastroscopii - niebieskie, do kolonoskopii - czarne. Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. Dostępność:

- łyżeczki owalne bez igły długość 1800 mm, średnica 2,3 mm
- łyżeczki owalne z igłą długość 2300 mm, średnica 2,3 mm
- łyżeczki owalne bez igły długość 1600 mm, średnica 1,8 mm, maksymalne rozwarście szczęk 5,5mm, długość szczęk 2,5mm, objętość łyżeczek 1,21mm³

Do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. do pytania 5

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 1 na ww. kleszcze biopsyjne.

Pytanie 6

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Szczotki jednorazowe dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 230mm, średnica szczotek 5mm/10mm, długość szczoteczek 20mm/30mm?

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, wykonane z plecionego drutu o średnicy 0.40 mm dla średnic pętli 10,15,20,25,30 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230cm. Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej?

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 8

poz. 7

Prosimy o doprecyzowanie z jakimi aparatami ma być kompatybilny zawór (marka model i model aparatu)

Odp. do pytania 8

Zawór winien być dostosowany do endoskopów firmy Fujinon.

Pytanie 9

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowa klipsownica endoskopowa. Długość robocza 235cm, dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm. Otwarcie ramion klipsa: 16mm. Rozwarcie 135 stopni. Ramię zaciskowe posiada wysoce elastyczny materiał aby zapobiegać uszkodzeniu zmiany podczas zabiegu. Doskonała siła mocowania klipsa, bezpieczeństwo i niezawodność. Gładka powłoka zapobiegająca uszkodzeniu endoskopu. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Możliwość wykonania badań MRI u pacjentów z zaaplikowanym klipsem?

Odp. do pytania 9

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 13 na klipsownicę o długości roboczej 235cm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 10

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowego użytku pułapkę jedną komorą do pobierania polipów i jedna otwartą przestrzenią do prostego odessania. Wykonana jest z przezroczystego plastiku umożliwiającego kontrolę pobieranego materiału. zaopatrzona w sztyft do usuwania polipów. Posiada połączenie do komory ssania.

Odp. do pytania 10

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Z poważaniem

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.