



Gdynia, 13.07.2022r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na: „**Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni” D25M/252/N/21-41rj/22**

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa - 1 sztuka

Pytanie nr 1 pkt 6

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] wynosi 92%. Ec max?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] wynosi 91%. Ec max?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 97.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej Ra: 97?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 pkt 14

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bez możliwości ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie nr 6 pkt 16

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której temperatura barwowa jest regulowana w czterech krokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 pkt 17

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie 160 [mm] do 300 [mm]?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 pkt 19,20

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z elektroniczną regulacją średnicy pola , natężenia oświetlenia za pomocą centralnego uchwyty sterującego i specjalnego panelu sterowniczego w postaci dotykowego tableta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 pkt 22

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z podstawowym panelem sterowania lampą w postaci dotykowego tableta obsługującego obydwie czasze lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 pkt 24

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z obsługą wszystkich funkcji z dotykowego tableta w tym funkcji regulacji natężenia oświetlenia w zakresie od 30 -100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 pkt 25

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją światła endoskopowego o maksymalnej wartości 10% E_{c max} sterowaną z dotykowego tableta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bez brudnych uchwytów wokół czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 pkt 30

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z stopniem ochrony czasz IP 40?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 pkt 33

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z osłoną diód wykonaną z wysokiej jakości kompozytu ?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 pkt 35

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z płaską obudową czaszy o grubości 95,1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół operacyjny - 1 sztuka

Pytanie nr 16 pkt 2

Czy Zamawiający dopuszcza stół z kołami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 pkt 6

Czy Zamawiający dopuszcza stół z blokowaniem stołu z poziomu pilota przewodowego lub bezprzewodowego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 pkt 10

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym aktywacja pilota dokonywana jest dedykowanym przyciskiem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 pkt 12

Czy zamawiający dopuszcza stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący zlokalizowany na bocznej stronie kolumny bez możliwości jego odpięcia .Natomiast istnieje możliwość dodatkowego sterownika nożnego który można umieścić poza obrębem stołu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym podnóżki sterowane są za pomocą pilota w przedziale min +90/-90 st ? Przy wymogu zamiany zagłówka z podnóżkami daje to możliwość zamawiającemu sterowanie ruchami podgłówka z poziomu pilota co dla laryngologii jest znacznym ułatwieniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie ruchami stołu poprzez nowoczesny układ elektromechaniczny sterowany pilotem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza stół który nie jest wyposażony w czujnik antykolizyjny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 pkt 30

Czy zamawiający dopuszcza stół z materacami mocowanymi na rzepy , lub z materacami z powierzchnią kontaktu z białem antypoślizgową zapobiegająca zsuwaniu się materacy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza stół z max wagą pacjenta 400kg . i max waga pacjenta w każdym położeniu 230 kg? Należy zwrócić uwagę ,że jest to stół laryngologiczny a nie bariatryczny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuszcza stół z precyzyjnymi ruchami dzięki napędowi elektromechanicznemu bez funkcji jego włączenia? Stół posiada zagłówek sterowany mechanicznie - ręcznie i ta funkcja w niczym nie przekłada się do zastosowań w obrębie głowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Specjalista
ds. zamówień publicznych

Agnieszka Korolczuk

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu