

ZP/30/25

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia II

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. Dostawa materacy przeciwoodleżynowych na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. dot. pkt. 3 Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do minimum 200 kg

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że chodzi o materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do minimum 200 kg.

2. dot. pkt. 8

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie oczekiwał aby pompa posiadała wskaźnik odłączenia zaworu CPR?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje aby pompa posiadała wskaźnik odłączenia zaworu CPR.

3. dot. pkt. 10 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli system w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi, wzrostu i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/ kardiologicznej i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień przez personel (w tym wprowadzenia lub ustawiania wagi pacjenta)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje w pełni automatycznego systemu dostosowania ciśnienia w komorach do wagi, wzrostu i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/ kardiologicznej i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień przez personel (w tym wprowadzenia lub ustawiania wagi pacjenta).

4. dot. pkt. 12 Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o następujące tryby:

- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie (co trzecia), zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali

- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia

- tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy (CLP)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że chodzi o wskazane w pytaniu tryby.

5. dot. pkt. 12 Czy poszczególne tryby terapeutyczne mają być uruchamiane osobnymi przyciskami z indykatorem wyboru oraz indykatorem automatycznego dostosowania ciśnienia w materacu do pacjenta?

Odpowiedź: Tak. Poszczególne tryby terapeutyczne mają być uruchamiane osobnymi przyciskami z indykatorem wyboru oraz indykatorem automatycznego dostosowania ciśnienia w materacu do pacjenta.

6. dot. pkt. 13 Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.

Odpowiedź: Tak. Chodzi o tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.

Pytanie 7. Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający rozważy wprowadzenie wymogu zasilania pompy niskim napięciem tj. maksymalnie 24 V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V/50Hz?

W takiej konfiguracji, przewód zasilający pompę, który jest zwykle prowadzony wzdłuż materaca i może mieć kontakt z pacjentem nie spowoduje ryzyka porażenia w przypadku uszkodzenia mechanicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu ale nie wymaga.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu