



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 180 /22

Poznań, dnia 07.04.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-20/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z transportem i wniesieniem pomp objętościowych do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje elektroniczną formę faktury, zmiana zapisów umowy w tym zakresie nie jest konieczna.

Zapytanie 2:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wartości opóźnionej w wykonaniu części umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części umowy.

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji (...) w wysokości 0,2% wartości wadliwej części umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy

3) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych.

Zapytanie 3:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §3 ust. 3)

Odpowiedź:

Ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie następowała zgodnie z przepisami zmieniającymi wysokość stawki VAT.

Zapytanie 4:

dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony IP33?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 5:

dot. pkt 7

Czy Zamawiający dopuści dołączany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych i szyn poziomych nie wymagający użycia jakichkolwiek narzędzi podczas montażu i demontażu?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 6:

dot. pkt 8

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością użycia dołączanego uchwyty do przenoszenia?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 7:

dot. pkt 12

Czy Zamawiający dopuści pompę z pełnym programowaniem, sterowaniem i obsługą za pomocą w pełni dotykowej klawiatury na kolorowym wyświetlaczu?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 8:

dot. Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści komunikację pomiędzy pompą a stacją dokującą za pomocą wielofunkcyjnego złącza?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 9:

dot. pkt 19

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością programowania w jednostkach ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq na kg masy ciała lub nie, w odniesieniu do jednostek czasu: godz., min, 24 godz.?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 10:

dot. pkt 26

Czy Zamawiający dopuści programowanie bolusa z predefiniowaną objętością lub przez zdefiniowaną objętością użytkownika, z automatyczną kalkulacją czasu w odniesieniu do wybranej prędkości bolusa, z możliwością zmiany prędkości bolusa w trakcie podaży?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 11:

dot. pkt 27

Czy Zamawiający dopuści możliwość podaży bolusa w jednostkach stężenia leku m.in. ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 12:

dot. pkt 38

Czy Zamawiający dopuści możliwość ponownego ładowania akumulatora do max. 6 godzin?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści pompę bez oznaczenia poboru mocy w warunkach normalnego użytkowania?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści natężenia sygnałów akustycznych regulowane na 8 poziomach, wynoszących od 50 do 65 dB? Sygnały alarmowe są zgodne z normą PN-EN 60601-1-8.

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 15:

Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi z technologiczną możliwością lecz bez udokumentowanej infuzji dotętnicznej i dojelitowej?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 16:

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe o masie 2 kg?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 17:

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z możliwością mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych za pomocą przykręcanego uchwytu?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 18:

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z przykręcanym uchwytem do przenoszenia pompy?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 19:

Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z możliwością łączenia pomp w moduły za pomocą stacji dokującej?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 20:

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe bez możliwości podaży dojelitowej?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 21:

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z programowaniem pompy za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 22:

Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przykręcane pompy objętościowe z mocowaniem i współpracą ze stacją dokującą?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 23:

Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z wstępnie wybraną objętością w zakresie 0,1 – 99,9 ml programowana co 0,01 ml oraz w zakresie 100 – 999,9 ml programowana, co 0,1?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 24:

Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z możliwością podaży bolusa z jednostką prowadzonej infuzji?

Odpowiedź:

Wymagane w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych.

Zapytanie 25:

Pkt. 31/32/33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z parametrami infuzji dla leków: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce, bez dzielenia na profile czy kategorie i bez wyróżnienia kolorami?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 26:

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z ciśnieniem okluzji do ustawienia na 12 poziomach w zakresie od 150 mmHg do 975 mmHg?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 27:

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z czasem ponownego ładowania do max. 5 godzin?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 28:

Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z poborem mocy w warunkach normalnego użytkowania 50 VA (W)?

Odpowiedź:

Nie.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.