



Olsztyn, 14.03.2023 r.

L.dz. W/ 311/ 2023/ DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania nr 44/2023/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa mebli, aparatury laboratoryjnej, medycznej oraz sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej Pzp, odrzuca ofertę w części nr 1 oraz nr 2 firmy **P. H. Energia s.c. P. Wielgo, H. Widomski ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, NIP 9591956722**, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca dnia 09.03.2023 roku, za pośrednictwem platformy Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>, złożył ofertę z treścią niezgodną z warunkami zamówienia.

Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 1 pozycji 1 zaoferował stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny tj. model SR-3E. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby dopuszczalne obciążenie stołu wynosiło 150 kg (+/-5%). Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował stół rehabilitacyjny o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg.

W części nr 1 pozycji 2 wykonawca zaoferował taboret na kółkach model Margo. W parametrach oferowanych wykonawca nie podał wymaganych parametrów dotyczących wagi przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 1 pozycji 4 zaoferował drewnianą leżankę do fizykoterapii tj. model SR-F. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby regulacja kąta zagłówka w 3 pozycjach wynosiła 0° / + 35°. Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował drewnianą leżankę do fizykoterapii z regulacją kąta zagłówka w zakresie 0° / + 40°.

Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 2 pozycji 32 zaoferował aparat do krioterapii z dwoma dyszami, zasilany dwutlenkiem węgla tj. model CRYO - T 2. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby wymiary maksymalne aparatu wynosiły 170 x180 x280 mm (+/- 5%). Wykonawca w złożonej ofercie nie podał wymiarów aparatu. Natomiast nazwa modelu wskazuje, że wykonawca zaoferował aparat do krioterapii o wymiarach maksymalnych 160 x 280x 290 mm. Tym samym wykonawca nie potwierdził spełnienia wymaganych parametrów technicznych wskazanych przez zamawiającego w formularzu cenowym/zestawieniu wymaganych parametrów.

W części nr 2 pozycji 37 t. j. lampa statywowa do światłolecznictwa oraz w pozycji 40 t.j. wanna do kąpieli kończyn dolnych lub górnych, wykonawca nie podał informacji o okresie gwarancji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym oferta wykonawcy w części 1 oraz 2 podlega odrzuceniu jak na wstępie. W związku z tym, że są one wymagane według SWZ, brak ich kwalifikuje treść oferty jako niezgodną z warunkami zamówienia, co wyczerpuje przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1, pkt. 5) ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia Państwa oferty w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec