

Legionowo, dnia 9 sierpnia 2021 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo**

ZPU.272.25.2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej LEGIONOWO Sp. z o.o.

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

*Dotyczy: „Opis parametrów technicznych unitu stomatologicznego – Część nr 2”
Czy w pkt.9 Tabeli nr 1 wartość obrotów mikrosilnika nie powinna wynosić 40.000 obr./min, a jeżeli wartość 50.000 obr./min jest poprawna to czy Zamawiający dopuści unit z rękawem z mikrosilnikiem 40.000 obr./min ze światłem LED i funkcją „chip blower” ?*

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza unit z rękawem z mikrosilnikiem 40.000 obr. /min ze światłem LED i funkcją “chip blower”.

Pytanie nr 2:

*Dotyczy: „Opis parametrów technicznych unitu stomatologicznego – Część nr 2”
Czy w związku z tym, że unit będzie współpracować z mokrą pompą zasadne jest zamawianie w pkt. 15 i 27 separatorów wodno-powietrznych, których obecność jest zbędna i zwiększa wartość zamawianego urządzenia ?*

Odpowiedź nr 2:

Zaistniała omyłka pisarska, zamawiający przyznaje, iż zamawianie w pkt. 15 i 27 separatorów wodno-powietrznych nie jest zasadne.

Powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA

--//--

Sylwester Sokolnicki