



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, dnia 25.04.2023r.

EZP 157/2023

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu



dot. dot. postępowania PM-8/2023 Dostawa testów do diagnostyki alergii IgE i chorób autoimmunologicznych w oparciu o wieloparametrowe testy panelowe wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zamawiający działając na mocy rozdziału § 6 p. 10 rozdziału IV Regulaminu udzielania zamówień o wartości powyżej 50.000 zł do 130.000 zł, przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Czy zamawiający może doprecyzować, czy czas trwania umowy to 36, czy 48 miesięcy? Ponieważ w SIWZ widnieje zapis 36 miesięcy, a w umowie 48 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Okres obowiązywania umowy wynosi 36 m-cy.

Pytanie 2

Załącznik nr 2 - Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nieznacznie większych ilości testów niż wymagane, ze względu na konfekcjonowanie ich w opakowaniach po 12 i 24 szt. Testów tj.:

| Lp. | Pakiet | Nazwa artykułu | Opis | j.m | ilość |
|-----|--------|------------------------|------|-----|-------|
| 1 | 1 | Panel oddechowy 10-III | szt | 720 | 720 |
| 2 | 1 | Panel pokarmowy 10-III | szt | 200 | 216 |
| 3 | 1 | Panel pokarmowy 10-IV | szt | 200 | 216 |
| 4 | 1 | Panel egzema 10 | szt | 200 | 216 |
| 5 | 1 | Panel insect/CCD | szt | 70 | 72 |
| 6 | 1 | Panel Atopowy 30-I | szt | 150 | 168 |





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 7 | 1 | Panel Celiakia IgA+total IgA | szt | 150 | 156 |
| 8 | 1 | Panel Celiakia IgG | szt | 150 | 156 |

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości testów

Pytanie 3

kryterium Czy w kryterium Jakość Aparatu maksymalna ilość punktów do zdobycia to 60, czy 40 punktów?

Odpowiedź:

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w kryterium jakość aparatu to 60 punktów, co stanowi 40% wartości kryterium

**KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych**

Ewa Sempowicz

