



Katowice, dnia 22.06.2023r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA:  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Nr sprawy: ZP-23-073UN

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie nr 1: Zał. Nr 1 do SWZ, Pakiet 1, pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zausznego procesora dźwięku wykorzystujący standardowe, kompatybilne z urządzeniem baterie zasilające lub akumulatory?

Uzasadnienie: Zasilanie akumulatorami zmniejsza koszty użytkowania systemu implantu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

Pytanie nr 2: Zał. Nr 1 do SWZ, Pakiet 1, pkt. 11: Czy zamawiający dopuści pełne dopasowanie procesora dźwięku możliwe poprzez przewodowy interfejs (np. NOAH-link) lub bezprzewodowy (bez użycia kabli czy bezpośredniego podłączenia do przełącznika lub komputera).

Uzasadnienie: obecne rozwiązania najnowszych procesorów dźwięku posiadają możliwość ustawień wyłącznie w sposób bezprzewodowy – dzięki usunięciu dodatkowych gniazd z obudowy, urządzenia te zyskują lepsze parametry szczelności IP w tym wodoodporności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

Wykonawcy winni uwzględnić udzielone odpowiedzi w ofertach, w szczególności w formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 1 do SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.