

Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

Nr sprawy 181/TP/ZP/D/2024

Data

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE**Pakiet nr 4 – Aparat EKG****Modyfikacja**

L.p.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; (Proszę wypełnić wszystkie niżej wymienione punkty)
	Nazwa urządzenia		
	Oferowany model		
	Producent		
	Rok produkcji (2024)		
	Kraj pochodzenia		
Aparat EKG- 1 szt.			
1.	Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG	TAK	
2.	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń	TAK	
3.	Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51	TAK	
4.	Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach	TAK	
5.	Klawiatura alfanumeryczna	TAK	
6.	Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu	TAK	
7.	Detekcja stymulatora serca	TAK	

8.	Wbudowany ekran graficzny kolorowy min. 5,7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 320 x 240)	TAK	
9.	Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań	TAK	
10.	Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 – 112 mm (papier w kratkę lub gładki)	TAK	
11.	Zapis w trybie ręcznym (manual)	TAK	
12.	Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo lub czas rzeczywisty) 3, 4 , 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1,6×2+1,6×2+2, 12×1 odprowadzeń EKG	TAK	
13.	Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s)	TAK	
14.	Długi zapis (do 10 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii	TAK	
15.	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu	TAK	
16.	Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s	TAK	
17.	Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV	TAK	
18.	Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz	TAK	
19.	Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz	TAK	
20.	Filtr adaptacyjny (automatyczny)	TAK	
21.	Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)	TAK	
22.	Interfejs komunikacyjny 2 x USB	TAK	
23.	Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał	TAK	
24.	Przetwornik A/C 24 bit	TAK	
25.	Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku	TAK	
26.	Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)	TAK	
27.	Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064	TAK	
28.	Automatyczny test aparatu	TAK	

29.	Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia); 1,8 kg (z wyposażeniem	TAK	
30.	Wyposażenie po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka, Wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta, cztery koła skrętne w tym dwa z blokadą.	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że oferowany Towar, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane Towary są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.