

Łódź 23.04.2021 r.

Sprawa: **Dostawa wirówek laboratoryjnych**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Pytania i odpowiedzi**

#### **Pytanie 1:**

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia w pakiecie 2:

W opisie przedmiotu zamówienia nie został opisany żaden wirnik dla przedmiotowej wirówki. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający wymaga dostarczenia wirówki z wirnikiem, jeśli tak proszę o określenie jakie próbówki ma ten wirnik obsługiwać.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o dostarczenie wirnika na próbówki 2ml/1,5 ml.

#### **Pytanie 2:**

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia w pakiecie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w której sterownik jest wyskalowany z dokładnością co 1°C w przedziale od 2 do 5°C, zapewniającą taką temperaturę dla maksymalnej prędkości każdego wirnika, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane cechy? W przypadku negatywnej odpowiedzi, będę zobowiązany za jej krótkie uzasadnienie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Dyrektora  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi