



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, [www.wszcz.torun.pl](http://www.wszcz.torun.pl)  
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 24-04-2020 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-45/20**

dotyczy: postępowania na dostawę testów do hodowli, podłoży, krążków wraz z dzierżawą aparatu do badania czystości powietrza, wymazówek, pojemników, ez oraz odczynników laboratoryjnych.

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 2:**

Poz. 7 i 8 – w związku z wprowadzeniem wymogu zaferowania ez z certyfikatem kalibracji, czy Zamawiający zaakceptuje ezy z deklaracją pojemności potwierdzającą identyczność wymiarów wszystkich pętli wystawianą przez producenta dla każdej serii ez?

**Odpowiedź:**

TAK

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
*W*  
Anna Wutrych-Krajewska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie