



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.042.2020

EZI...../21

Wrocław, dnia 31.03.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji (EZ/931/817/20)

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 6 – 13.

„W związku z wymogiem nieodpłatnego użyczenia programatorów na czas trwania umowy określonym w załączniku „karty parametrów” i jednoczesnym wymogiem podania ceny za dzierżawę programatorów w formularzu cenowym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia programatorów czy odpłatnej dzierżawy?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie z „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ, odpłatnej dzierżawy programatorów. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji „Kart Parametrów”. Zmienione „Karty Parametrów w załączeniu”.

Pytanie 2

„W treści SIWZ brakuje załącznika z treścią umowy głównej. W cz.1 jest tylko umowa przetwarzania. Prosimy o jak najszybsze udostępnienie jej na platformie.”

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedkłada wory umów I-IV.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, iż w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie w zakresie:

1. Wprowadzenie wzorów umów I-IV.
2. zmiany „Kart Parametrów” a mianowicie:
 - a) wprowadzenia znaczników „x” w kolumnie nr 4 i nr 5 w wierszach parametrów wymaganych – dotyczy Zadania 6;
 - b) usunięcia przy zapisach parametrów znacznika „*” – dotyczy Zadań 1-14, Zadania 16;
 - c) zmianę zapisu parametru wymagalnego odnoszącego się do programatorów, który otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawiania na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **”, z równoczesną zmianą oznaczenia gdzie „** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający” – dotyczy Zadań 6-14, Zadania 16;
 - d) zmiany zapisu oznaczonego „*” który otrzymuje brzmienie „Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”. – dotyczy Zadań 1-5;
 - e) wprowadzenia zapisu oznaczonego „*” o brzmieniu „Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”. – dotyczy Zadań 6-18.
 - f) poprawienia numeru zadania w „Karcie parametrów” dotyczy Zadania 17, wobec powyższego jest: „ZADANIE 17 - Introduktor rozrywalny do przeżyłnego wprowadzania elektrod”
3. zmiany pkt. 1 Rozdziału I SIWZ który otrzymuje brzmienie „Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji według wymienionych niżej części: ZADANIE 1-ZADANIE 18. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

W załączeniu wzory umów I-IV, zmienione „Karty parametrów”.

Sporadziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Elżbieta Borowik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Dodatkowo Zamawiający przypomina pkt. 10 Rozdziału XI „Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym”, „Kartach Parametrów”, bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany”.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp0, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 19.04.2021r. godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
mgr Tomasz *[Signature]*

Sporadziła: Ewa Kupis *[Signature]*
Sprawdziła: Elżbieta Borowik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

WZÓR UMOWY I

(Dotyczy: Zadania 5, Zadania 15, Zadania 17, Zadania 18)

Umowa Nr .../.../21 DOSTAWA

(ZADANIE:)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/931/817/20.

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **3 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail : Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają faks lub e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw i usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do

zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzeniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie przez cały okres obowiązywania umowy
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

§ 5.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 6.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.

§ 7.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 8.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 9.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub

formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

§ 10.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 11.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) lub faksu.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 13.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;
 - 4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy;
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych

- wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
- Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
 - W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
 - W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11 umowy;
 - Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
- W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 15.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - w wysokości 3% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 10 umowy.
- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374).
- Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 16.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).
- Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 17.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 19.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

WZÓR UMOWY II
Umowa Nr .../.../21 DOSTAWA / DEPOZYT
(Dotyczy: Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/1931/817/21.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest także do zdeponowania u Zamawiającego wyrobów w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **3 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki depozytu

1. Wyroby, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, powinny być dostarczone i zdeponowane u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie wyrobów Zamawiającemu nastąpi w godzinach 07:00-14:30, w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli obu stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownika Oddziału Kardiologicznego i pracownika Apteki Szpitalnej, sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyrobów z odpowiednim terminem ważności do użycia, w tym do wymiany wyrobów na nowe w sytuacji, gdy zbyt krótki okres ważności uniemożliwiłby ich wykorzystanie przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu operacyjnego zdeponowanych wyrobów oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu o wykorzystane wyroby, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zastosowanie znajdują wówczas postanowienia § 3 ust. 4 - 7 umowy.
6. W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość wyrobów, określonych w § 2 ust. 1 umowy, przewidzianą w umowie dla poszczególnej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz nieuzupełniania danego wyrobu w depozycie oraz odbioru niewykorzystanych wyrobów, zgodnie z ust. 7.
7. W terminie do 5 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego wyroby z depozytu. Zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 powyżej. Pozostawienie przez Wykonawcę po tym terminie wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za ich utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym żądania zapłaty ceny.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie techniczne przez przedstawiciela Wykonawcy oraz obecności proktora przy każdym zabiegu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.).
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

§ 6.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów i/lub uzupełnieniu depozytu we wskazanym w § 3 ust 2. umowy/ § 4 ust 5 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 7.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.

§ 8.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 9.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 10.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 i § 4 ust. 5 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Za wyroby zdeponowane u Zamawiającego, w przypadku ich użycia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zużyte wyroby.
5. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
6. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 11.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 12.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 14.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy oraz danych zawartych w § 5 ust. 1 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zaprzestania wytwarzania przez producenta wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do:
 - 1) zmiany wyrobów znajdujących się w depozycie na wyroby w innych rozmiarach lub na inne typy wyrobów w ramach wyrobów, które znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;
 - 2) W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 15.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13 umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 16.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, oraz w § 4 ust. 5 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 1, § 5 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 11 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374).
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 17.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 18.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 20.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

*Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364*

One

WZÓR UMOWY III

Umowa Nr .../.../21 DOSTAWA / DZIERŻAWA Z DEPOZYTEM

(Dotyczy: Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13, Zadania 14, Zadania 16)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/931/817/20.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa kompletnego programatora do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń zwanego dalej sprzętem, określonego w załączniku nr 2 do umowy tzn. takiego który umożliwia użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi/urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest także do zdeponowania u Zamawiającego wyrobów w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw i usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do

zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzeniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki dzierżawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu kompletnego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, do wykonywania zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów.
2. Kompletny sprzęt powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego i zdeponowany u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, do siedziby Zamawiającego i zdeponowany. Postanowienia § 5 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.
3. Kompletny sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4. Kompletny sprzęt zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wymogu dzierżawy sprzętu, w przypadku wygrania przez Wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający.
6. W przypadku wygrania przez Wykonawcę więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia (zadania), w której Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu sprzęt o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający może odstąpić od wymogu dzierżawy sprzętu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim wypadku, ogólną ilość sprzętu wskaże Zamawiający przed zawarciem umowy, co zostanie wskazane w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do umowy.

§ 5.

Warunki depozytu

1. Wyroby, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, powinny być dostarczone i zdeponowane u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie wyrobów Zamawiającemu nastąpi w godzinach 07:00-14:30, w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli obu stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownika Oddziału Kardiologicznego i pracownika Apteki Szpitalnej, sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyrobów z odpowiednim terminem ważności do użycia, w tym do wymiany wyrobów na nowe w sytuacji, gdy zbyt krótki okres ważności uniemożliwiłby ich wykorzystanie przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu operacyjnego zdeponowanych wyrobów oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu o wykorzystane wyroby, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zastosowanie znajdują wówczas postanowienia § 3 ust. 4 - 7 umowy.
6. W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość wyrobów, określonych w § 2 ust. 1 umowy, przewidzianą w umowie dla poszczególnej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz nieuzupełniania danego wyrobu w depozycie oraz odbioru niewykorzystanych wyrobów, zgodnie z ust. 7.
7. W terminie do 5 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego wyroby z depozytu. Zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 powyżej. Pozostawienie przez Wykonawcę po tym terminie wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za ich utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym żądania zapłaty ceny.

§ 6.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.).

5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

§ 7.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów i/lub uzupełnieniu depozytu we wskazanym w § 3 ust 2. umowy/ § 5 ust 5 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 8.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.
 - 2) załącznik nr 2 – Wykaz dzierżawionego sprzętu
 - 3) załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§ 9.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 10.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 11.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 i § 5 ust. 5 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Za wyroby zdeponowane u Zamawiającego, w przypadku ich użycia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zużyte wyroby.
5. Za dzierżawę kompletnego sprzętu Wykonawca wystawi ostatniego dnia każdego miesiąca fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, a Zamawiający płacić będzie Wykonawcy opłatę w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy, wskazane w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
7. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 12.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 13.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 15.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy oraz danych zawartych w § 6 ust. 1 umowy.
 - 4) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 3, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zaprzestania wytwarzania przez producenta wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do:
 - 1) zwrotu Wykonawcy dzierżawionego kompletnego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przed upływem terminu obowiązywania umowy;
 - 2) zmiany kompletnego sprzętu, w przypadku zmiany technologii;
 - 3) zmiany wyrobów znajdujących się w depozycie na wyroby w innych rozmiarach lub na inne typy wyrobów w ramach wyrobów, które znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;
 - 4) W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może

przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9 umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.

7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13 umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 17.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 5 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających § 5 ust. 1, § 6 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 12 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374).
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 18.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 19.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 21.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320387
KRS: 0000040364



WZÓR UMOWY IV
Umowa Nr .../.../21 DOSTAWA / DZIERŻAWA Z DEPOZYTEM
(ZADANIE: 1)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dołnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/1931/817/20.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy **wyrobów medycznych do elektrostymulacji– Zadanie 1**, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa kompletnej pompy do elektrod chłodzonych, określonej w załączniku nr 3 do umowy tzn. takiej, która umożliwia użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi/urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest także do zdeponowania u Zamawiającego wyrobów w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **3 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw i usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące

się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzeniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki dzierżawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu kompletnej pompy do elektrod chłodzonych, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, do wykonywania zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów.
2. Kompletna pompa do elektrod chłodzonych powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego i zdeponowana u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, do siedziby Zamawiającego i zdeponowany. Postanowienia § 5 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.
3. Kompletna pompa do elektrod chłodzonych zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z wyrobami, zgodnie z § 5 ust. 7 umowy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4. Kompletna pompa do elektrod chłodzonych zostanie zwrócona w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jej normalnej eksploatacji.

§ 5.

Warunki depozytu

1. Wyroby, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, powinny być dostarczone i zdeponowane u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie wyrobów Zamawiającemu nastąpi w godzinach 08:00-15:00, w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli obu stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownika Oddziału Kardiologii i pracownika Apteki Szpitalnej, sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyrobów z odpowiednim terminem ważności do użycia, w tym do wymiany wyrobów na nowe w sytuacji, gdy zbyt krótki okres ważności uniemożliwiłby ich wykorzystanie przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu operacyjnego zdeponowanych wyrobów oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu o wykorzystane wyroby, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zastosowanie znajdują wówczas postanowienia § 3 ust. 4 - 7 umowy.
6. W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość wyrobów, określonych w § 2 ust. 1 umowy, przewidzianą w umowie dla poszczególnej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz nieuzupełniania danego wyrobu w depozycie oraz odbioru niewykorzystanych wyrobów, zgodnie z ust. 7.
7. W terminie do 5 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego wyroby z depozytu. Zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 powyżej. Pozostawienie przez Wykonawcę po tym terminie wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za ich utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym żądania zapłaty ceny.

§ 6.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaoferowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.).
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.

§ 7.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów i/lub uzupełnieniu depozytu we wskazanym w § 3 ust 2. umowy/ § 5 ust 5. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 8.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.
 - 2) załącznik nr 2 – Wykaz wyrobów w depozycie.
 - 3) załącznik nr 3 – Wykaz dzierżawionego sprzętu
 - 4) załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§ 9.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 10.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 11.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 i § 5 ust. 5 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Za wyroby zdeponowane u Zamawiającego, w przypadku ich użycia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zużyte wyroby.
5. Za dzierżawę kompletnego sprzętu Wykonawca wystawi ostatniego dnia każdego miesiąca fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, a Zamawiający płacić będzie Wykonawcy opłatę w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy, wskazane w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
6. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.

7. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 12.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 13.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 15.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy oraz danych zawartych w § 6 ust. 1 umowy.
 - 4) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 4, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zaprzestania wytwarzania przez producenta wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do:
 - 1) zwrotu Wykonawcy dzierżawionego kompletnej pompy do elektrod chłodzonych, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przed upływem terminu obowiązywania umowy;
 - 2) zmiany kompletnej pompy do elektrod chłodzonych, w przypadku zmiany technologii;
 - 3) zmiany wyrobów znajdujących się w depozycie na wyroby w innych rozmiarach lub na inne typy wyrobów w ramach wyrobów, które znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;
 - 4) W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9 umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego

pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13 umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 17.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 oraz w § 5 ust. 5 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 i ust. 7, § 6 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 12 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374).
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 18.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 19.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 21.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Wojniński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364



ZADANIE 1 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	Punkty za parametry dodatkowe
1. Elektroda ablacyjna 4-polowa, 4 mm			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	termin ważności sterylizacji wyrobu: 12 m-cy od daty dostarczenia	x	x
2	4 pierścienie, spacing 2mm/5mm/2mm	x	x
3	elektroda dystalna 4 mm	x	x
4	średnica trzonu 7 Fr	x	x
5	długość użytkowa min. 110 cm	x	x
6	elektroda współpracująca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO oraz generatorami: STOCKERT EP Shuttle, ABBOTT Ampere	x	x
7	jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki;	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	dostępność elektrod z możliwym przygięciem o 270stopni		0/5
2	tip i wszystkie bieguny elektrody wykonane z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin		0/15
2. Łącznik wielorazowy do elektrody ablacyjnej 4-polowej, 4mm			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	wielorazowy	x	x
2	dostępne łączniki umożliwiające współpracę elektrody z poz. 1 Zadania 1 z systemem BARD LAB SYSTEM PRO oraz generatorami: STOCKERT EP Shuttle, ABBOTT Ampere do wyboru zamawiającego	x	x
3. Elektroda do ablacji RF o zwiększonej głębokości penetracji tkanki			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	średnica trzonu 7F	x	x
2	liczba biegunów: 4	x	x
3	jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki	x	x
4	długość 110-120cm	x	x
5	spacing 2mm-5mm-2mm	x	x
6	biegun dystalny 3,5mm, otwarty obieg chłodzenia za pomocą min. 12 otworów wyprowadzających	x	x
7	elektroda współpracująca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO oraz generatorami: STOCKERT EP Shuttle, ABBOTT Ampere	x	x
8	termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	dostępność elektrod z możliwym przygięciem o 270stopni		0/5
2	tip i wszystkie bieguny elektrody wykonane z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin		0/15
4. Łącznik wielorazowy do elektrody do ablacji RF o zwiększonej głębokości penetracji tkanki			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	wielorazowy	x	x
2	dostępne łączniki umożliwiające współpracę elektrody z poz. 1 Zadania 1 z systemem BARD LAB SYSTEM PRO oraz generatorami: STOCKERT EP Shuttle, ABBOTT Ampere do wyboru zamawiającego	x	x
5. Przewody do chłodzenia do elektrod przepływowych			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Kompatybilne z elektrodami przepływowymi opisanymi w poz. 3 i pompą do chłodzenia opisaną w poz 6	x	x
2	Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego	x	x
6. Dzierżawa pompy do elektrod chłodzonych			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Dzierżawa pompy do chłodzenia elektrod przepływowych opisanych w poz 1. wraz z niezbędnym wyposażeniem na pełny czas trwania umowy	x	x
RAZEM :			0-40
* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaofertowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.			

Centrum Medycyny Specjalistycznej im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 000040364



ZADANIE 2 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	Punkty za parametry dodatkowe
1. Elektroda diagnostyczna sterowalna do zatoki wieńcowej 10 polowa o zmiennej krzywiznie z dostępu dolnego			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	termin ważności sterylizacji wyrobu: 12 m-cy od daty dostarczenia	x	x
2	zmienna krzywizna do zatoki wieńcowej	x	x
3	średnice trzonu 5F, 6F,	x	x
4	długość elektrody minimum 115cm	x	x
5	liczba pierścieni 10	x	x
6	dostępna odległości między pierścieniami 2mm/5mm/2mm	x	x
7	współpraca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	5 różnych odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego		0/5
2	elektrody z płaskimi lub wypukłymi pierścieniami do wyboru		0/15
2. Łącznik wielorazowy do elektrody diagnostycznej sterowalnej do zatoki wieńcowej 10 polowej o zmiennej krzywiznie z dostępu dolnego			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	wielorazowy	x	x
2	umożliwiający współpracę elektrody z poz. 1 Zadania 2 z systemem BARD LABSYSTEM PRO	x	x
3. Elektroda diagnostyczna sterowalna do zatoki wieńcowej 4 polowa o zmiennej krzywiznie z dostępu dolnego			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	termin ważności sterylizacji wyrobu: 12 m-cy od daty dostarczenia	x	x
2	zmienna krzywizna do zatoki wieńcowej	x	x
3	średnice trzonu 5F, 6F,	x	x
4	długość elektrody minimum 115cm	x	x
5	liczba pierścieni: 4	x	x
6	dostępna odległość między pierścieniami 10mm/10mm/10mm	x	x
7	współpraca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	5 różnych odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego		0/5
2	elektrody z płaskimi lub wypukłymi pierścieniami do wyboru		0/15
4. Łącznik wielorazowy do elektrody diagnostycznej do zatoki wieńcowej 4 polowej o zmiennej krzywiznie z dostępu dolnego			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	wielorazowy	x	x
2	umożliwiający współpracę elektrody z poz. 3 Zadania 2 z systemem BARD LABSYSTEM PRO	x	x
RAZEM :			0-40
* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.			

Wojnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

ZADANIE 3 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	Punkty za parametry dodatkowe
1. Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiznie			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	termin ważności sterylizacji wyrobu: 12 m-cy od daty dostarczenia	x	x
2	dostępna odległość między pierścieniami 2mm/5mm/2mm	x	x
3	długość elektrody min. 115cm	x	x
4	liczba pierścieni: 4	x	x
5	średnice trzonu 4F, 5F, 6F	x	x
6	współpraca z systemem BARD LAB SYSTEM PRO	x	x
7	minimum 7 stałych krzywizn do wyboru, w tym: CS, Josephson, Curnand	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	5 różnych odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego		0/10
2	elektrody z płaskimi lub wypukłymi pierścieniami do wyboru		0/30
2. Łącznik wielorazowy do elektrody diagnostycznej 4 polowej o stałej krzywiznie			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	wielorazowy	x	x
2	umożliwiający współpracę elektrody z poz. 1 Zadania 3 z systemem BARD LABSYSTEM PRO	x	x
RAZEM :			0-40
* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.			

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364



ZADANIE 4 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	Punkty za parametry dodatkowe
1. Koszulka naczyniowa do nakłucia transseptalnego			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	3 średnice: 8F; 8,5F i 10F do wyboru	x	x
2	2 różne długości 63 cm, 81 cm do wyboru	x	x
3	co najmniej 4 krzywizny do wyboru	x	x
4	w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz przewodnikiem	x	x
5	termin ważności sterylizacji wyrobu: 12 m-cy od daty dostarczenia	x	x
DODATKOWE			
1	dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4		0/2
2. Igła do nakłucia transseptalnego			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	3 długości igły, w tym 71 cm	x	x
2	średnica igły - 18G	x	x
3	igła wykonana w całości ze stali	x	x
4	krzywizny typu Brouckenbrough, w tym BRK, BRK1	x	x
5	termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	dostępne igły extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody		0/30
2	dostępne co najmniej 6 wariantów długości i krzywizny igły		0/3
3. Koszulka do dostępu transseptalnego sterowalna			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	średnica: 8,5 F	x	x
2	koszulka z zastawką i portem bocznym	x	x
3	koszulki dwukierunkowe,	x	x
4	dostępna koszulka epikardialna	x	x
5	termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	dostępne 3 różne krzywizny		0/5
RAZEM :			0-40
* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.			

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

ZADANIE 5 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	Punkty za parametry dodatkowe
1. Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	jednorazowe	x	x
2	przepuszczalne dla promieni X	x	x
3	kompatybilne z defibrylatorami LIFEPACK, MINDRAY	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	współpraca z defibrylatorami innych typów		0/40
RAZEM :			0-40
* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.			

Olsztyński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 6 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
PARAMETRY WYMAGANE			
Pozycja 1: stymulator jednojamowy			
1	Optimalizacja wartości impulsu stymulującego na podstawie automatycznego pomiaru wartości prądu pobudliwości	X	X
2	Automatyczny pomiar amplitudy potencjałów własnych (załamka P lub R) z rejestracją trendu i optymalizacją czułości w oparciu o zmierzone wartości	X	X
3	Automatyczny pomiar oporności elektrod z rejestracją trendu	X	X
4	Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczeń	X	X
5	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	X	X
PARAMETRY DODATKOWE			
1	automatyczne przełączanie polarności stymulacji po przekroczeniu dopuszczalnej wartości oporu elektrycznego		0/5
1	Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku MRI 3T bez stref wykluczeń		0/35
pozycja 2: elektroda przedsiorkowa/komorowa			
1	Elektrody sterydowe IS-1 przechodzące przez koszulkę o średnicy 7F lub mniejszą, przystosowana do pracy w środowisku MRI kompatybilna z zaoferowanym stymulatorem w pozycji 1 zad. 6	X	X
RAZEM :			0-40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrówwymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Jolitoński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 7 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
PARAMETRY WYMAGANE			
Pozycja 1: Stymulator dwujamowy			
1	Tryb stymulacji – DDD(R), DDI(R), AAI(R), VVI(R), VDD	x	x
2	Programowana częstość nocna lub spoczynkowa	x	x
3	Automatyczny pomiar oporności elektrod z rejestracją trendu	x	x
4	Algorytm umożliwiający zmianę trybu pracy stymulatora w przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowych	x	x
5	Algorytm ograniczający niepotrzebną stymulację komórek, wydłużenie odstępu (histereza A-V) a-v do co najmniej 350 msec	x	x
6	Automatyczny pomiar amplitudy potencjałów własnych (załamka P i załamka R) z rejestracją trendu i optymalizacją czułości w oparciu o zmierzone wartości	x	x
7	Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczeń	x	x
8	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Algorytm rozpoznający gwałtowny spadek częstości pracy serca z reakcją rozrusznika w postaci stymulacji z programowalną wysoką częstością przez zaprogramowany okres czasu		0/10
2	Minimum dwa algorytmy zapobiegające wzbudzeniu arytmii nadkomorowych		0/10
3	Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku MRI 3T bez stref wykluczeń		0/20
Pozycja 2: Elektrody przedsionkowe/komorowe			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektrody sterydowe IS-1 przechodzące przez koszulkę o średnicy 7F lub mniejszą, dostępne z mandrynami J - do wyboru zamawiającego, kompatybilne z zaferowanym stymulatorem w pozycji 1 zad. 7	x	x
RAZEM:			0-40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

ZADANIE 8 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
PARAMETRY WYMAGANE			
Pozycja 1: Kardiowerter jednojamowy			
1	Bezprzewodowa komunikacja kardiowertera z programatorem	x	x
2	Sensing urządzenia w oparciu o konstrukcję elektrody true bipolar	x	x
3	Algorytm analizy morfologii zespołu komorowego jest jednym z dyskryminatorów częstoskurczu	x	x
4	Kardiowerter dostępny z konektorem DF1 i DF4 do wyboru zamawiającego	x	x
5	Urządzenia z konektorem DF4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
6	Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów	x	x
7	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń**	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP		0/20
2	Możliwość zaprogramowania defibrylacji energią 40J lub większą		0/20
Pozycja 2: Elektroda defibrylująca			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda defibrylująca jednocoilowa i dwucoilowa do wyboru zamawiającego, kompatybilna z kardiowerterem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 8	x	x
2	Elektroda defibrylująca o sensingu w konfiguracji true bipolar	x	x
RAZEM:			0 – 40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Wojniński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 9 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: Kardiowerter jednojamowy z dodatkowymi funkcjami			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Dostępne modele z konektorem DF1 i DF4 do wyboru zamawiającego	x	x
2	Sensing urządzenia w oparciu o konstrukcję elektrody true bipolar	x	x
3	Urządzenia z konektorem DF4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
4	Bezprzewodowa łączność urządzenia z programatorem	x	x
5	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Możliwość zaprogramowania maksymalnej energii defibrylacji od pierwszej terapii wysokoenergetycznej w strefie VF		0/5
2	kardiowerter z elektrodą wykrywającą sygnał przedsionka przy pomocy czujnika na elektrodzie defibrylującej i z możliwością pracy w trybie VDD – w komplecie.		0/35
Pozycja 2: Elektroda defibrylująca			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda defibrylująca kompatybilna z kardiowerterem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 9	x	x
2	Elektroda defibrylująca o sensingu w konfiguracji true bipolar	x	x
RAZEM:			0 – 40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Wojnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 10 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: Kardiowerter dwujamowy			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Dostępne modele z konektorem DF1 i DF4 do wyboru zamawiającego	x	x
2	Urządzenia z konektorem DF4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
3	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	x	x
4	Sensing urządzenia w oparciu o konstrukcję elektrody true bipolar	x	x
5	Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów	x	x
6	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wdzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP		0/20
2	Możliwość zaprogramowania defibrylacji energia 40J lub większa		0/20
Pozycja 2: Elektroda defibrylująca			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda defibrylująca jednocoilowa i dwucoilowa do wyboru zamawiającego, kompatybilna z kardiowerterem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 10	x	x
2	Elektroda defibrylująca o sensingu w konfiguracji true bipolar	x	x
Pozycja 3: Elektroda przedsionkowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda przedsionkowa z mandrynem J kompatybilna z kardiowerterem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 10	x	x
RAZEM:			0 – 40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 11 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: Kardiowerter dwujamowy z dodatkowymi funkcjami			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Możliwość zaprogramowania defibrylacji energią 40J lub większą	x	x
2	Dostępne modele z konektorem DF1 i DF4 do wyboru zamawiającego	x	x
3	Sensing urządzenia w oparciu o konstrukcję elektrody true bipolar	x	x
4	Urządzenia z konektorem DF4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1.5T	x	x
5	Bezprzewodowa łączność urządzenia z programatorem	x	x
6	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wdzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF		0/15
Pozycja 2: Elektroda defibrylująca			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda defibrylująca jednocoilowa i dwucoilowa do wyboru zamawiającego, kompatybilna z kardiowerterem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 11	x	x
2	Elektroda defibrylująca o sensingu w konfiguracji true bipolar	x	x
Pozycja 3: Elektroda przedsionkowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda przedsionkowa z mandrynem J kompatybilna z kardiowerterem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 11		
RAZEM:			0 – 15

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Wojniński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 12 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: Stymulator CRT- D			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Modele z konektorem DF1 i DF4 oraz modele w standardzie IS1 i IS4 do wyboru zamawiającego we wszystkich możliwych konfiguracjach	x	x
2	Urządzenia z konektorem DF4 i IS4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
3	Algorytm umożliwiający monitorowanie niewydolności serca	x	x
4	Sensing urządzenia w oparciu o konstrukcję elektrody true bipolar	x	x
5	Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów	x	x
6	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wypożyczenia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP		0/20
2	Możliwość zaprogramowania defibrylacji energią 40J lub większą		0/20
Pozycja 2: Elektroda defibrylująca			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda defibrylująca jednocoilowe i dwucoilowe do wyboru zamawiającego, kompatybilna z urządzeniem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 12	x	x
2	Elektroda defibrylująca o sensingu w konfiguracji true bipolar	x	x
Pozycja 3: Elektroda lewokomorowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektrody lewokomorowe OTW bipolarne (IS1) oraz czteropolowe (IS4) , dostępne co najmniej 2 rodzaje z każdego typu do wyboru zamawiającego kompatybilna z urządzeniem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 12	x	x
Pozycja 4: Elektroda przedsionkowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda przedsionkowa z mandrynem J kompatybilna z urządzeniem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 12	x	x
Pozycja 5: Zestaw do wprowadzania elektrody LV			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Dostępne co najmniej 2 różne krzywizny do wyboru. Zestaw kompatybilny z elektrodą lewokomorową zaoferowaną w pozycji 3 zad. 12	x	x
Pozycja 6: Zestaw do kontrastowania CS z balonem			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Zestaw kompatybilny z cewnikiem zaoferowanym w pozycji 5 zad. 12	x	x
Pozycja 7: Subsektor			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Dostępne co najmniej 2 różne krzywizny do wyboru. Kompatybilny z elektrodą lewokomorową zaoferowaną w pozycji 3 zadania 12 oraz zestawem z pozycji 5 zadania 12	x	x
RAZEM :			0 – 40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzonego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 000040364

ZAŁĄCZNIK DO ZADANIA 13 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1 : Stymulator CRT-P			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Algorytm umożliwiający monitorowanie niewydolności serca	x	x
2	Urządzenie z konektorem IS1 oraz IS4 do wyboru zamawiającego	x	x
3	Urządzenia z konektorem IS4 dopuszczone do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
4	Automatyczny pomiar oporności elektrod i potencjałów własnych w przedsionku i komórze z wykresem trendu	x	x
5	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Funkcja automatycznego wykrywania silnego pola magnetycznego np. pola MRI		0/20
2	Optymalizacja wartości impulsu stymulującego na podstawie automatycznego pomiaru wartości progu pobudliwości dla kanału przedsionkowego prawo- i lewo-komorowego		0/5
3	Funkcja "rate response" oparta na innej zasadzie działania niż czujnik ruchu/wstrząsów, umożliwiająca bardziej fizjologiczną odpowiedź urządzenia na wysiłek		0/15
Pozycja 2: Elektroda lewokomorowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektrody lewokomorowe OTW bipolarne (IS1) oraz czteropolowe (IS4) , dostępne co najmniej 2 rodzaje z każdego typu do wyboru zamawiającego kompatybilne z urządzeniem zaoferowanym w pozycji 1 zad. 13	x	x
Pozycja 3: Elektroda komorowa/przedsionkowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektrody sterydowe IS-1 przechodzące przez koszulkę o średnicy 7F lub mniejszą, dostępne z mandrynami J - do wyboru zamawiającego, kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem w pozycji 1 zad. 13	x	x
Pozycja 4: Zestaw do wprowadzania elektrody LV			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Co najmniej 2 różne krzywizny do wyboru. Zestaw kompatybilny z elektrodą lewokomorową zaoferowaną w pozycji 2 zad. 13	x	x
Pozycja 5: Zestaw do kontrastowania CS z balonem			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Zestaw kompatybilny z cewnikiem zaoferowanym w pozycji 4 zad. 13	x	x
Pozycja 6: Subselektor			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Co najmniej 2 różne krzywizny do wyboru. Kompatybilny z elektrodą lewokomorową zaoferowaną w pozycji 2 zadania 13 oraz zestawem z pozycji 4 zadania 13	x	x
RAZEM :			0 – 40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzonego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Instytut Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 IP: 899228560, REGON: 006320384

ZADANIE 14 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnienie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: Elektroda bezsztyletowa dedykowana do zabiegu implantacji w okolicy pęczka His'a			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda sterydowa, z wtykiem IS-1	x	x
2	Przystosowana do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
3	Min. 2 długości elektrody do wyboru zamawiającego	x	x
Pozycja 2: Elektroda przedsionkowa			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Elektroda sterydowa IS-1 przechodząca przez koszulkę o średnicy 7F lub mniejsza	x	x
2	Przystosowana do pracy w środowisku MRI 1,5T	x	x
Pozycja 3: Koszulka niesterowalna dedykowana do zabiegu implantacji elektrody w okolicy pęczka His'a			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Koszulka dedykowana do zabiegu implantacji elektrody w okolicy pęczka His'a kompatybilna z elektrodą zaoferowaną w poz 1	x	x
Pozycja 4: Koszulka sterowalna dedykowana do zabiegu implantacji elektrody w okolicy pęczka His'a			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Koszulka o regulowanej zmiennej krzywiznie dedykowana do zabiegu implantacji elektrody w okolicy pęczka His'a kompatybilna z elektrodą zaoferowaną w poz 1	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Dostępna koszulka sterowalna o zwiększonym zasięgu w obrębie prawego przedsionka do wyboru zamawiającego		0/20
Pozycja 5: Nożyk do rozcinania koszulki			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Nożyk do rozcinania koszulki kompatybilny z koszulką zaoferowaną w poz. 3 i 4	x	x
Pozycja 6: Stymulator dwujamowy o zwiększonej czułości			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Możliwość wyczuwania w kanale komorowym sygnałów poniżej 0,5mV	x	x
2	Kompatybilny z elektrodami zaoferowanymi w poz. 1 i 2	x	x
3	Przystosowany do pracy w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczeń	x	x
4	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawiania na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku MRI 3T bez stref wykluczeń		0/20
Pozycja 7: Przewód elektryczny do kontroli śródzabiegowej			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Kable do pomiarów śródzabiegowych potencjałów pęczka His'a	x	x
RAZEM :			0 – 40

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

ZADANIE 15 - KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
ZADANIE 15 - Koszulka przeciwbakteryjna			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Wchłaniałna koszulka przeciwbakteryjna zmniejszająca ryzyko infekcji	x	x
2	Dostępne 2 rozmiary koszulki do wyboru zamawiającego	x	x
3	Koszulka uwalniająca 2 antybiotyki	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Całkowita resorbcja koszulki przed upływem 10 tygodni		0/20
RAZEM :			0 – 20

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Doñośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 16 - KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1. Wszczepialny rejestrator pętlowy arytmii			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Detekcji arytmii nadkomorowych AT/AF	x	x
2	Współpraca z systemem zdalnej kontroli	x	x
3	Dopuszczony do pracy w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczeń	x	x
4	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
Pozycja 2. Wszczepialny rejestrator pętlowy arytmii z dodatkowymi funkcjami			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Detekcji arytmii nadkomorowych AT/AF	x	x
2	Współpraca z systemem zdalnej kontroli	x	x
3	Dopuszczony do pracy w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczeń	x	x
4	Dedykowany zestaw do implantacji urządzenia	x	x
5	Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wydzierżawienia na czas trwania umowy co najmniej 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń **	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Waga poniżej 3g, objętość poniżej 1,5cm ³	x	0/5
2	Przedłużona żywotność urządzenia do 3 lat	x	0/5
RAZEM :			0 – 10

** w przypadku wygrania przez wykonawcę więcej niż jednego zadania ogólną ilość programatorów Wskaże zamawiający

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaofertowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 17 - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
ZADANIE 17 - Introduktor rozrywalny do przezłylnego wprowadzania elektrod			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	rozmiary koszulki o średnicach 6F, 7F, 8F, 9F, 10F do wyboru zamawiającego	x	x
2	rozszerzacz kompatybilny z koszulką, stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym	x	x
3	igła ze strzykawką do nakłucia żyły podobojczykowej	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Komplet sprzętu do przezłylnego wprowadzenia elektrod pakowany w opakowanie zbiorcze		0/10
RAZEM :			0 – 10

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaofertowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Domosławski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 18 - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Pozycja 1: śrubokręt			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Śrubokręt dynamometryczny do mocowania elektrody w gnieździe stymulatora	x	x
Pozycja 2: motylek			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Motylek do mocowania elektrod przedsiionkowych/komorowych o aktywnej fiksacji	x	x
Pozycja 3: mandryn prosty			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Mandryn prosty do elektrody stymulacyjnej/defibrylacyjnej. Co najmniej 2 długości do wyboru.	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Co najmniej 2 różne sztywności mandrynów do wyboru		0/10
Pozycja 4: mandryn J			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Mandryn zakrzywiony typu J do elektrody stymulacyjnej, Co najmniej 2 długości do wyboru	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Co najmniej 2 różne sztywności mandrynów do wyboru zamawiającego		0/10
Pozycja 5: zaślepka			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Zaślepka kapturkowa do zabezpieczenia końcówek nieczynnych elektrod	x	x
Pozycja 6: zaślepka wtykana			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Zaślepka wtykana do kanału IS 1 i DF1, do wyboru zamawiającego	x	x
RAZEM :			0 – 20

* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów wymaganych, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

Centrum Medycyny Ratunkowej im. T. Marciniaka
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
tel. 8952228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

