

**Odpowiedź na zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków  
Zamówienia**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne  
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek  
Ul. Armii Krajowej 43A,  
94-046 Łódź**

Łódź, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Znak postępowania (numer referencyjny): 2/2023

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, udziela się odpowiedzi na pytania Wykonawców przesłane do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Dostawa paneli gazów medycznych dla NZOZ "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek” w dniu 23 marca 2023 r.

dot. załącznika nr 2 do SWZ

**Pytanie 1**

1. Prosimy o dopuszczenie panelu przyłóżkowego zarówno pojedynczego, jak i podwójnego o poniższych parametrach:
  - *kaseton elektryczno-gazowy ścienny w układzie poziomym wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru)*
  - *mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi*
  - *Wymiary kasetonu dwustanowiskowego (bez wyposażenia dodatkowego):*
    - wysokość: 260 mm*
    - głębokość: max. 100 mm*
  - *urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów*
  - *kaseton odporny na środki dezynfekcyjne powszechnie używane w jednostkach służby zdrowia*
  - *kanały zasilający z instalacją 230V w modułach 45x45 mm*
  - *kaseton dwukanałowy: w górnej części instalacja elektryczna, w dolnej instalacja gazowa*
  - *gniazda instalacji elektrycznej zlicowane z panelem zlicowane z panelem*
  - *serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany*



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2**

2. Prosimy o wyjaśnienie czy określone w punkcie 2. Panelu przyłóżkowego podwójnego, tj. punkt poboru O2 typu AGA – min. 2szt. dotyczy wyposażenia na jedno stanowisko czy na dwa stanowiska

**Odpowiedź:** Dotyczy wyposażenia na dwa stanowiska.

**Pytanie 3**

3. Prosimy o dopuszczenie panelu przyłóżkowego pojedynczego wyposażonego w zaślepiiony otwór technologiczny pod system przyzywowy z poprowadzona instalacją przyzywową nie zawierający manipulatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 4**

4. Czy Zamawiający wymaga, aby panel zarówno pojedynczy, jak i podwójny posiadał gniazda ekwipotencjalne?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga spełnienia tego parametru przez oferowany sprzęt.

**Pytanie 5**

5. Czy Zamawiający wymaga, aby panel zarówno pojedynczy, jak i podwójny posiadał gniazda teleinformatyczne?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga spełnienia tego parametru przez oferowany sprzęt.

**Pytanie 6**

6. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w panelu nadłóżkowym podwójnym w punkcie 3-7 „min. [...] na stronę” oznacza ilość gniazd/włączników/otworów/oświetlenia na jedno stanowisko.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza ten zapis.

**Pytanie 7**

dot. umowa, § 6 ust. 3 lit a)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie wymogu dostarczenia Sprzętu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze.

Pragniemy zwrócić uwagę na szczególną specyfikę przedmiotu zamówienia, który produkowany jest ściśle zgodnie z wymogami Zamawiającego a później montowany na stałe w przestrzeni placówki. Jest to zatem sprzęt trwale związany z budynkiem i brak jest możliwości zastąpienia go czasowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.



**Zamawiający informuje, że w oparciu o postanowienia art. 135 ust 6 ustawy pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana SWZ w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą.**

Marcin Ogórek – Dyrektor  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALL-MED"  
Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek  
*(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)*