

## WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

### **Dostawa mikrotomu rotacyjnego z łaźnią wodną i płytą chłodzącą - 1 kpl. (ID 690476)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie 1.**

**Dotyczy punktu 61**

Prosimy o dopuszczenie płyty chłodzącej z regulacją temperatury za pomocą pokrętki w tylnej części urządzenia

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2**

**Dotyczy punktu 65**

Prosimy o odstąpienie od wymogu menu w j. polskim w przypadku płyty chłodzącej nie posiadającej wyświetlacza

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3**

**Dotyczy punktu 65**

Prosimy o odstąpienie od wymogu menu w j. polskim w przypadku płyty chłodzącej nie posiadającej menu tekstowego

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4**

**Dotyczy Punktu 62**

Prosimy o dopuszczenie płyty chłodzącej bez funkcji uśpienia ponieważ funkcja ta w przypadku płyty chłodzącej oznacza zatrzymanie chłodzenia a tą funkcję spełnia wyłącznik główny

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)